

## **ANTECEDENTES DE ACREDITACIÓN**

<b>CICLO DE ACREDITACION:</b>	16/12/2022 al 16/12/2026
<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	31/01/2024
<b>TIPO DE ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:</b>	Laboratorio de Ensayo
<b>RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:</b>	<b>Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A. – Laboratorio del Departamento Técnico.</b>
<b>NOMBRE FANTASÍA:</b>	-----
<b>DIRECCIÓN:</b>	San Ramón 716, Montevideo – Uruguay
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	LE 019
<b>REQUISITOS DE ACREDITACIÓN:</b>	Norma ISO/IEC 17025:2005 (equivalente a Norma UNIT-ISO/IEC 17025:2005) (Hasta 20/02/2020) Norma ISO/IEC 17025:2017 (equivalente a Norma UNIT-ISO/IEC 17025:2017) (Desde 20/02/2020)

### **DETALLE DEL ALCANCE:**

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Cigarrillos comerciales	Determinación de número de pitadas ( N° de Puff) ,utilizando una maquina de fumar Cerulean SM 450	4 - 15 puff/ cig.	ISO 3308:2000 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	Otorgamiento	14/12/2011	12/02/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de número de pitadas ( N° de Puff) ,utilizando una maquina de fumar Cerulean SM 450	4 - 15 puff/cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	Se actualiza el método de ensayo y la expresión del rango.	12/02/2014	14/12/2014
<b>VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION</b>					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de número de pitadas (Nº de Puff), utilizando una maquina de fumar Cerulean SM	4-15 puff/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and	Reacreditacion	16/12/2014	13/12/2018

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	450		standard conditions			
Cigarrillos comerciales	Determinación de número de pitadas (Nº de Puff)	4-15 puff/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Reacreditacion	13/12/2018	20/02/2020
Cigarrillos comerciales	Determinación de número de pitadas (Nº de Puff)	4-15 puff/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Actualización del método	20/02/2020	<b>13/12/2022</b> <b>Acreditación vencida</b>
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de número de pitadas (Nº de Puff)	(4-15) puff/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine.  ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	<b>Reacreditación y se elimina del alcance el equipo</b>	<b>16/12/2022</b>	
Cigarrillos comerciales	Determinación de materia particulada total ( TPM ) y seca libre de nicotina ( alquitrán ), en humo de cigarrillo utilizando una maquina de fumar Cerulean SM 450	1 - 30 mg/cig TPM  1 - 25 mg/cig alquitrán	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine.	Otorgamiento	14/12/2011	20/02/2013
Cigarrillos comerciales	Determinación de materia particulada total ( TPM ) y seca libre de nicotina ( alquitrán ), en humo de cigarrillo utilizando una maquina de fumar Cerulean SM 450	1 - 43 mg/cig TPM  1 - 30 mg/cig alquitrán	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine.	Se actualiza el rango de ensayo	20/02/2013	12/02/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de materia particulada total ( TPM ) en humo de cigarrillo utilizando una	1 - 43 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine	Se actualiza el método de ensayo y se separan los ensayos en dos filas independientes y se actualiza la expresión del	12/02/2014	14/12/2014

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	maquina de fumar Cerulean SM 450		analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	rango.		
Cigarrillos comerciales	Determinación de materia particulada seca libre de nicotina ( alquitrán) ,en humo de cigarrillo utilizando una maquina de fumar Cerulean SM 450	1 - 30 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions		12/02/2014	14/12/2014
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulada total (TPM) en humo de cigarrillos utilizando una máquina de fumar Cerulean SM450	1-43 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	REACREDITACION	16/12/2014	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulada total (TPM)	1-43 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	REACREDITACION	13/12/2018	20/02/2020
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulada total (TPM)	1-43 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Actualización del método	20/02/2020	15/04/2021
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulado total (TPM)	1-43 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Se corrige el nombre del ensayo	15/04/2021	13/12/2022 Acreditación vencida
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulado total (TPM)	(1-43) mg/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine.	Reacreditación y se elimina del alcance el equipo	16/12/2022	

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions			
Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulada seca libre de nicotina (alquitrán), en humo de cigarrillo utilizando una máquina de fumar Cerulean SM450	1-30 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	REACREDITACION	16/12/2014	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulada seca libre de nicotina (alquitrán)	1-30 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2000 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	REACREDITACION	13/12/2018	20/02/2020
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulada seca libre de nicotina (alquitrán)	1-30 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Actualización del método	20/02/2020	15/04/2021
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulado seco libre de nicotina (alquitrán)	1-30 mg/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Se corrige el nombre del ensayo	15/04/2021	13/12/2022 Acreditación vencida
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de material particulado seco libre de nicotina (alquitrán)	(1-30) mg/ cigarrillo	ISO 4387:2019 Cigarettes- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine.  ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	Reacreditación y se elimina del alcance el equipo	16/12/2022	
Cigarrillos comerciales	Determinación de CO en humo de cigarrillo utilizando una maquina de fumar Cerulean SM	1 - 20 mg/cig	ISO 8454: 2007 Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarettes smoke - NDIR method14/12/14	Otorgamiento	14/12/2011	20/02/2013

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	450					
Cigarrillos comerciales	Determinación de CO en humo de cigarrillo utilizando una maquina de fumar Cerulean SM 450	1 - 25 mg/cig	ISO 8454: 2007 Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarettes smoke - NDIR method14/12/14	Se actualiza el rango de ensayo	20/02/2013	12/02/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de CO en humo de cigarrillo utilizando una maquina de fumar Cerulean SM 450	1 - 25 mg/ cigarrillo	ISO 8454: 2007 Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarettes smoke - NDIR method ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	Se actualiza el método de ensayo y la expresión del rango	12/02/2014	14/12/2014
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de CO en humo de cigarrillo utilizando una máquina de fumar Cerulean SM450	1-25 mg/ cigarrillo	ISO 8454:2007 Cigarettes- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke – NDIR method. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions	REACREDITACION	16/12/2014	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de monóxido de carbono	1-25 mg/ cigarrillo	ISO 8454:2007 Cigarettes- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke – NDIR method. ISO 3308: 2012 Routine analytical cigarette smoking machine- Definitions and standard conditions  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM450	REACREDITACION	13/12/2018	13/12/2022 Acreditación vencida
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de monóxido de carbono	(1-25) mg/ cigarrillo	ISO 8454:2007 Cigarettes- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke – NDIR method.	Reacreditación y se elimina del alcance el equipo	16/12/2022	
Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa	0,07 – 2 mg/cig	ISO 10315:2000 Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarettes smoke - NDIR method	Otorgamiento	14/12/2011	20/02/2013
Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa	0,1 – 2,6 mg/cig	ISO 10315:2000 Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarettes smoke - NDIR method	Se actualiza el rango de ensayo	20/02/2013	12/02/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa	0,1 – 2,6 mg/ cigarrillo	ISO 10315:2013 Cigarettes - Determination of Nicotine in smoke condensates Gas-chromatographic Method.	Se actualiza el método de ensayo y la expresión del rango	12/02/2014	14/12/2014
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina en humo por	0,1- 2,6 mg/ cigarrillo	ISO 13015:2013 Cigarettes – Determination of nicotine in smoke condensates- Gas	REACREDITACION	16/12/2014	29/12/2015

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	cromatografía gaseosa.		chromatographic method.			
Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina en humo por cromatografía gaseosa.	0,1- 2,6 mg/ cigarrillo	ISO 10315:2013 Cigarettes – Determination of nicotine in smoke condensates- Gas chromatographic method.	se actualiza la Norma de referencia	29/12/2015	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina	0,1- 2,6 mg/ cigarrillo	ISO 10315:2013 Cigarettes – Determination of nicotine in smoke condensates- Gas chromatographic method.	REACREDITACION	13/12/2018	29/03/2022
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina	(0,1- 2,6) mg/ cigarrillo	ISO 10315: 2021 Cigarettes – Determination of nicotine in smoke condensates- Gas chromatographic method.	Se actualiza la versión del método de ensayo	29/03/2022	<b>13/12/2022</b> <b>Acreditación vencida</b>
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de nicotina	(0,1- 2,6) mg/ cigarrillo	ISO 10315: 2021 Cigarettes – Determination of nicotine in smoke condensates- Gas chromatographic method.	Reacreditación	<b>16/12/2022</b>	
Cigarrillos comerciales	Determinación de agua en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa	0 - 6 mg/cig	ISO 10362 -1 : 1999 Cigarettes - Determination of water in smoke condensates - Part 1: Gas-chromatographic method	Otorgamiento	14/12/2011	20/02/2013
Cigarrillos comerciales	Determinación de agua en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa	0 - 15 mg/cig	ISO 10362 -1 : 1999 Cigarettes - Determination of water in smoke condensates - Part 1: Gas-chromatographic method	Se actualiza el rango de ensayo	20/02/2013	-----
Cigarrillos comerciales	Determinación de agua en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa	0 - 15 mg/ cigarrillo	ISO 10362 -1 : 1999 Cigarettes - Determination of water in smoke condensates - Part 1: Gas-chromatographic method	Se actualiza la expresión del rango, sin cambios en el alcance. (12/02/2014)	20/02/2013	14/12/2014
<b>VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION</b>					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de agua en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa.	0 – 15 mg/ cigarrillo	ISO 10362-1: 1999 Cigarettes- Determination of water in smoke condensates. Part 1: Gas-chromatographic method.	REACREDITACION	16/12/2014	29/12/2015
Cigarrillos comerciales	Determinación de agua en humo de cigarrillo por cromatografía gaseosa.	0,2 – 15 mg/ cigarrillo	ISO 10362-1: 1999 Cigarettes- Determination of water in smoke condensates. Part 1: Gas-chromatographic method.	Se actualiza el rango del ensayo	29/12/2015	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determination de agua	0,2 – 15 mg/ cigarrillo	ISO 10362-1: 1999 Cigarettes- Determination of water in smoke condensates. Part 1: Gas-chromatographic method.	REacreditacion	13/12/2018	20/02/2020
			Método interno DT.LA.PO-002 R16 basado en ISO 10362-1: 1999 Cigarettes- Determination of water in smoke condensates. Part 1: Gas-chromatographic method.	Otorgamiento por actualización del metodo normalizado	13/12/2018	20/02/2020
Humo de corriente principal	Determinación de agua	0,2 – 15 mg/ cigarrillo	ISO 10362-1: 2019 Cigarettes- Determination of water in smoke condensates.	Actualización del método	20/02/2020	29/03/2022

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Cigarrillos comerciales			Part 1: Gas-chromatographic method. Método interno DT.LA.PO-002 R17 basado en ISO 10362-1: 2019 Cigarettes-Determination of water in smoke condensates. Part 1: Gas-chromatographic method.			
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de agua	(0,2 – 15) mg/ cigarrillo	ISO 10362-1: 2019 Cigarettes- Determination of water in total particulate matter from the mainstream smoke. Part 1: Gas-chromatographic method.	Se da de baja al método interno.	29/03/2022	13/12/2022 Acreditación vencida
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de agua	(0,2 – 15) mg/ cigarrillo	ISO 10362-1: 2019 Cigarettes- Determination of water in total particulate matter from the mainstream smoke. Part 1: Gas-chromatographic method.	Reacreditación	16/12/2022	
Cigarrillos comerciales	Determinación de Nicotina en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.	0,1 – 2,6 mg/cig	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme- Health Canada.	Otorgamiento	20/02/2013	-----
Cigarrillos comerciales	Determinación de Nicotina en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.	0,1 – 2,6 mg/ cigarrillo	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme- Health Canada.	Se actualiza la expresión del rango, sin cambios en el alcance. (12/02/2014)	20/02/2013	14/12/2014
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de Nicotina en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM	0,1 – 2,6 mg/ cigarrillos	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.	REACREDITACION	16/12/2014	29/12/2015

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	450					
Cigarrillos comerciales	Determinación de Nicotina en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	0,1 – 2,6 mg/ cigarrillos	T-115:1999 Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.	Se actualiza la version del metodo de ensayo	29/12/2015	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de Nicotina	0,1 – 2,6 mg/ cigarrillos	T-115:1999 Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Reacreditacion	13/12/2018	15/04/2021
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de Nicotina	0,1 – 2,6 mg/ cigarrillo	T-115:1999 Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Se corrige la expresión del rango a mg/cigarrillo	15/04/2021	<b>13/12/2022</b> <b>Acreditación vencida</b>
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de Nicotina	0,1 – 2,6) mg/ cigarrillo	ISO 22253:2019 Cigarettes — Determination of nicotine in total particulate matter from the mainstream smoke with an intense smoking regime — Gas-chromatographic method	<b>Reacreditación y se modifica el método de ensayo y se elimina del alcance el equipo</b>	<b>16/12/2022</b>	
Cigarrillos comerciales	Determinación alquitrán en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.	1 – 30 mg/ cig	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme- Health Canada.	Otorgamiento	20/02/2013	-----
Cigarrillos comerciales	Determinación alquitrán en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado intensivo de Health Canada	1 – 30 mg/ cigarrillo	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme- Health Canada.	Se actualiza la expresion del rango, sin cambios en el alcance. (12/02/2014)	20/02/2013	14/12/2014

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.					
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de alquitrán en humo de corriente principal de cigarrillos con método de fumado intensivos de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	1 -30 mg/ cigarrillo	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.	REACREDITACION	16/12/2014	29/12/2015
Cigarrillos comerciales	Determinación de alquitrán en humo de corriente principal de cigarrillos con método de fumado intensivos de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	1 -30 mg/ cigarrillo	T-115:1999 Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.	Se actualiza la version del metodo de ensayo	29/12/2015	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de alquitrán	1 -30 mg/ cigarrillo	T-115:1999 Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	REacreditacion	13/12/2018	13/12/2022 Acreditación vencida
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de alquitrán	(1 -30) mg/ cigarrillo	ISO 20779:2018 Cigarettes — Generation and collection of total particulate matter using a routine analytical smoking machine with an intense smoking regime  ISO 20778:2018 Cigarettes — Routine analytical cigarette smoking machine — Definitions and standard conditions with an intense smoking regime	Reacreditación y se modifica el método de ensayo y se elimina del alcance el equipo	16/12/2022	
Cigarrillos comerciales	Determinación monóxido de carbono en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado	1 – 25 mg/cig	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme- Health Canada.	Otorgamiento	20/02/2013	-----

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.					
Cigarrillos comerciales	Determinación monóxido de carbono en humo de corriente principal de cigarrillos con el método de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.	1 – 25 mg/cigarrillo	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme- Health Canada.	Se actualiza la expresion del rango, sin cambios en el alcance. (12/02/2014)	20/02/2013	14/12/2014
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de monóxido de carbono en humo de corriente principal de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.	1-25 mg/cigarrillo	T-115: Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.	REACREDITACION	16/12/2014	29/12/2015
Cigarrillos comerciales	Determinación de monóxido de carbono en humo de corriente principal de fumado intensivo de Health Canada utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450.	1-25 mg/cigarrillo	T-115:1999 Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.	Se actualiza la version del metodo de ensayo	29/12/2015	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de monóxido de carbono	1-25 mg/cigarrillo	T-115:1999 Determination of "TAR", Nicotine and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke. Tobacco Control Programme – Health Canada.  Utilizando una máquina de fumar Cerulean SM 450	Reacreditacion	13/12/2018	<b>13/12/2022 Acreditación vencida</b>
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de monóxido de carbono	(1-25) mg/cigarrillo	ISO 22947:2019 Cigarettes — Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke with an intense	Reacreditación y se modifica el método de ensayo y se elimina del alcance el equipo	<b>16/12/2022</b>	

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			smoking regime — NDIR method			
Cigarrillos comerciales	Determinación de mentol en humo de corriente principal de cigarrillos.	0,04 - 1 mg/cig	ISO 13110:2012 Cigarettes-Determination of menthol in smoke condensate-Gaschromatographic method	Otorgamiento	20/02/2013	-----
Cigarrillos comerciales	Determinación de mentol en humo de corriente principal de cigarrillos.	0,04 - 1 mg/cigarrillo	ISO 13110:2012 Cigarettes-Determination of menthol in smoke condensate-Gaschromatographic method	Se actualiza la expresion del rango, sin cambios en el alcance. (12/02/2014)	20/02/2013	14/12/2014
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Cigarrillos comerciales	Determinación de mentol en humo de corriente principal de cigarrillos.	0,04- 1 mg/ cigarrillo	ISO 13110:2012 Cigarettes – Determination of menthol in smoke condensate- Gas chromatographic method.	REACREDITACION	16/12/2014	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de mentol	0,04- 1 mg/ cigarrillo	ISO 13110:2012 Cigarettes – Determination of menthol in smoke condensate- Gas chromatographic method.	Reacreditacion	13/12/2018	13/12/2022 Acreditación vencida
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de mentol	(0,04- 1) mg/cigarrillo	ISO 13110:2012 Cigarettes – Determination of menthol in smoke condensate- Gas chromatographic method.	Reacreditación	16/12/2022	
Tabaco	Determinación de Nicotina	6 a 40 mg/g	CORESTA Nº 62 Determination of Nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic análisis (2005) GD FIS	Otorgamiento	12/02/2014	14/12/2014
VENCIMEINTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Tabaco	Determinación de nicotina por cromatografía de gases	6- 40 mg/ g	Coresta Recommended Method Nº 62. Determination of Nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic analysis. GC-FID (2005)	REACREDITACION	16/12/2014	13/12/2018
Tabaco	Determinación de nicotina	6- 40 mg/ g	Coresta Recommended Method Nº 62. Determination of Nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic analysis. GC-FID (2005)	REacreditacion	13/12/2018	29/03/2022
Tabaco	Determinación de nicotina	(6- 40) mg/g	Coresta Recommended Method Nº 62. Determination of Nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic analysis. GC-FID (2020)	Se actualiza la version del método de ensayo	29/03/2022	13/12/2022 Acreditación vencida
Tabaco	Determinación de nicotina	(6- 40) mg/g	Coresta Recommended Method Nº 62. Determination of Nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic analysis. GC-FID (2020)	Reacreditación	16/12/2022	31/01/2024
Tabaco	Determinación de nicotina	(6- 40) mg/g	CORESTA Recommended Method Nº 62. Determination of Nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic analysis. (2021)	Se ajusta el nombre del método de ensayo y se actualiza el año	31/01/2024	

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Tabaco	Determinación de contenido de agua por cromatografía de gases	7- 50 % en peso	ISO 16632:2013 Tobacco and tobacco products -- Determination of water content -- Gas-chromatographic method	Otorgamiento	12/02/2014	14/12/2014
VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION					15/12/2014	15/12/2014
Tabaco	Determinación de contenido de agua por cromatografía de gases	7-50 % en peso	ISO 16632:2013 Tobacco and tobacco products- Determination of water content- Gas chromatographic method.	REACREDITACION	16/12/2014	13/12/2018
Tabaco	Determinación de contenido de agua	2-55%	ISO 16632:2013 Tobacco and tobacco products- Determination of water content- Gas chromatographic method.	Reacreditacion	13/12/2018	29/03/2022
			Método interno DT.LA.PO-027 R07 basado en ISO 16632:2013 Tobacco and tobacco products- Determination of water content- Gas chromatographic method.	Otorgamiento por actualizacion metodo normalizado	13/12/2018	29/03/2022
Tabaco	Determinación de contenido de agua	(2 -55) %	ISO 16632: 2021Tobacco and tobacco products- Determination of water content- Gas chromatographic method	Se actualiza la versión del método de ensayo y se da de baja al método interno	29/03/2022	13/12/2022 Acreditación vencida
Tabaco	Determinación de contenido de agua	(2 -55) %	ISO 16632: 2021Tobacco and tobacco products- Determination of water content- Gas chromatographic method	Reacreditación	16/12/2022	
Cigarrillos de desarrollo y comerciales	Determinación de carbonilos en corriente principal de humo de cigarrillos por HPLC	1,5 a 700 ug/cig	CORESTA Nº 74 Determination of selected carbonyls in mainstream cigarette smoke by HPLC (2013)	OTORGAMIENTO	16/12/2014	29/12/2015
Cigarrillos de desarrollo y comerciales	Determinación de carbonilos en corriente principal de humo de cigarrillos por HPLC	1,5 a 700 ug/cig	CORESTA Nº 74 Determination of selected carbonyls in mainstream cigarette smoke by HPLC (2014)	Se actualiza la version del metodo de ensayo	29/12/2015	13/12/2018
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales y Cigarrillos de desarrollo	Determinación de carbonilos	1,5 a 700 ug/cigarrillo	CORESTA Nº 74 Determination of selected carbonyls in mainstream cigarette smoke by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (2018 - fourth edition) CRM being developed into ISO Project 21160.	REacreditacion	13/12/2018	29/03/2022
			Método interno DT.LA.PO-048 R13 basado en CORESTA Nº 74- Determination of Selected Carbonyls in Mainstream Cigarette Smoke by High Performance Liquid Chromatography (HPLC), (2018 - fourth edition)	Otorgamiento por actualizacion metodo normalizado	13/12/2018	29/03/2022
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales	Determinación de carbonilos	(1,5 a 700) ug/cigarrillo	CORESTA Nº 74 Determination of selected carbonyls in mainstream cigarette smoke by High Performance Liquid	Se actualiza la version del método de ensayo y se da de baja al método interno	29/03/2022	13/12/2022 Acreditación vencida

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
y Cigarrillos de desarrollo			Chromatography (HPLC) 2019- fifth edition			
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales y Cigarrillos de desarrollo	Determinación de carbonilos	(1,5 a 700) ug/cigarrillo	CORESTA Nº 74 Determination of selected carbonyls in mainstream cigarette smoke by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 2019- fifth edition	Reacreditación	16/12/2022	31/01/2024
Humo de corriente principal Cigarrillos comerciales y Cigarrillos de desarrollo	Determinación de carbonilos	(1,5 a 700) ug/cigarrillo	CORESTA Recommended Method Nº 74 Determination of selected carbonyls in mainstream cigarette smoke by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 2019	Se ajusta el nombre del método de ensayo	31/01/2024	
Tabaco	Alcaloides totales en tabaco	0,5 – 10 %	CORESTA Nº 35 Determination of total alkaloids (as nicotine) in tobacco by continuous flow analysis (2010)	Otorgamiento	29/12/2015	10/01/20118
Tabaco	Alcaloides totales en tabaco	0,5 – 10 % en peso	ISO 15152:2003 -Tobacco -- Determination of the content of total alkaloids as nicotine - Continuous-flow analysis method	Se actualiza el metodo	10/01/2018	13/12/2018
Tabaco	Determinación de Alcaloides totales	0,2 – 10 %	CORESTA RECOMMENDED METHOD Nº 85–April 2017. Tobacco-Determination of the content of total alkaloids as nicotine. Continuous flow analysis method using KSCN/ DCIC.	Reacreditacion con actualizacion	13/12/2018	15/04/2021
Tabaco	Determinación de Alcaloides totales (como nicotina)	0,2 – 10 %	CORESTA RECOMMENDED METHOD Nº 85–April 2017. Tobacco-Determination of the content of total alkaloids as nicotine. Continuous flow analysis method using KSCN/ DCIC.	Se modifica el nombre del ensayo	15/04/2021	13/12/2022 Acreditación vencida
Tabaco	Determinación de Alcaloides totales (como nicotina)	(0,2 – 10) %	CORESTA RECOMMENDED METHOD Nº 85–April 2017. Tobacco-Determination of the content of total alkaloids as nicotine. Continuous flow analysis method using KSCN/ DCIC.	Reacreditación	16/12/2022	31/01/2024
Tabaco	Determinación de Alcaloides totales (como nicotina)	(0,2 – 10) %	CORESTA Recommended Method Nº 85 Tobacco- Determination of the content of total alkaloids as nicotine. Continuous flow analysis method using KSCN/ DCIC. (2017)	Se ajusta el nombre del método de ensayo	31/01/2024	
Tabaco	Carbohidratos reductores en tabaco	1 – 50 %	CORESTA Nº38: Determination of reducing carbohydrates in tobacco by continuous flow analysis (2010)	Otorgamiento	29/12/2015	13/12/2018
Tabaco	Determinación de Carbohidratos reductores	1 – 50 % en peso	CORESTA Nº38: Determination of reducing carbohydrates in tobacco by continuous flow analysis (2010)	REacreditacion	13/12/2018	13/12/2022 Acreditación vencida
Tabaco	Determinación de Carbohidratos	(1 – 50) % en peso	CORESTA Nº38: Determination of reducing carbohydrates in tobacco by	Reacreditación	16/12/2022	31/01/2024

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	reductores		continuous flow analysis (2010)			
Tabaco	Determinación de Carbohidratos reductores	(1 – 50) % en peso	ISO 15154:2003/Amd.1:2012	Se modifica el método de ensayo	31/01/2024	
Tabaco	Nitratos en tabaco	0,2 – 2 %	CORESTA N°36 Determination of nitrate in tobacco and smokeless tobacco products by reduction to nitrite and continuous flow analyses (2015)	Otorgamiento	29/12/2015	13/12/2018
Tabaco	Determinación de Nitratos	0,2 – 2 % en peso	CORESTA N°36 Determination of nitrate in tobacco and smokeless tobacco products by reduction to nitrite and continuous flow analyses (2015)	REacreditacion	13/12/2018	13/12/2022 Acreditación vencida
Tabaco	Determinación de Nitratos	(0,2 – 2) % en peso	CORESTA N°36 Determination of nitrate in tobacco and smokeless tobacco products by reduction to nitrite and continuous flow analyses (2015)	Reacreditación	16/12/2022	31/01/2024
Tabaco	Determinación de Nitratos	(0,2 – 2) % en peso	CORESTA Recommended Method N°36 Determination of nitrate in tobacco and smokeless tobacco products by reduction to nitrite and continuous flow analyses (2015)	Se ajusta el nombre del método de ensayo	31/01/2024	
Tabaco	Contenido de Humedad en tabaco	5- 60 %	CORESTA N°76: Determination of moisture content (oven volatiles) of smokeless tobacco products (2014)	Otorgamiento	29/12/2015	13/12/2018
Tabaco	Determinación de Contenido de Humedad	5- 60 % en peso	CORESTA N°76: Determination of Moisture Content (Oven Volatiles) of Tobacco and Tobacco Products, July 2017 second edition	REacreditacion	13/12/2018	13/12/2022 Acreditación vencida
Tabaco	Determinación de Contenido de Humedad	(5- 60) % en peso	CORESTA N°76: Determination of Moisture Content (Oven Volatiles) of Tobacco and Tobacco Products, July 2017 second edition	Reacreditación	16/12/2022	31/01/2024
Tabaco	Determinación de Contenido de Humedad	(5- 60) % en peso	CORESTA Recommended Method N°76: Determination of Moisture Content (Oven Volatiles) of Tobacco and Tobacco Products, (2021)	Se ajusta el nombre del método de ensayo y se actualiza el año del método	31/01/2024	
Tabaco	Amonio (como NH3) en tabaco	0,06 – 0,7 % en peso	Determination on ammonia (as NH3) in tobacco by continuous flow analysis. Skalar method catnr. 155-983w/r issue 112614/MH/99293405 (2011)	Otorgamiento	18/01/2017	13/12/2018
Tabaco	Determinación de Amonio (como NH3)	0,06 – 0,7 % en peso	Determination on ammonia (as NH3) in tobacco by continuous flow analysis. Skalar method catnr. 155-983w/r issue 112614/MH/99293405	REacreditacion	13/12/2018	13/12/2022 Acreditación vencida
Tabaco	Determinación de Amonio	(0,06 – 0,7) % en peso	Determination on ammonia (as NH3) in tobacco by	Reacreditación	16/12/2022	

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	(como NH3)		continuous flow analysis. Skalar method catnr. 155-983w/r issue 112614/MH/99293405			
Tabaco	Bases volátiles totales (como NH3) en tabaco	0,1 – 1,0 %	Volatile Base (as NH3) in tobacco by segmented flow analysis. Skalar method catnr.VBA-002 issue 121516/99313661	Otorgamiento	10/01/2018	13/12/2018
Tabaco	Determinación de Bases volátiles totales (como NH3)	0,1 – 1,0 %	Volatile Base (as NH3) in tobacco by segmented flow analysis. Skalar method catnr.VBA-002 issue 121516/99313661	REacreditacion	13/12/2018	<b>13/12/2022</b> <b>Acreditación vencida</b>
Tabaco	Determinación de Bases volátiles totales (como NH3)	(0,1 – 1,0) %	Volatile Base (as NH3) in tobacco by segmented flow analysis. Skalar method catnr.VBA-002 issue 121516/99313661	Reacreditación	<b>16/12/2022</b>	
Hebra de tabaco y cigarrillos	Determinación de Mentol	2 - 15 mg/cig 2 - 12 mg/g de hebra	CRM N°92 Determination of menthol in cigarettes and cut filler by gas chromatography. April 2019	Otorgamiento	20/02/2020	15/04/2021
Hebra de tabaco y cigarrillos	Determinación de Mentol	2 - 15 mg/cigarrillo 2 - 12 mg/g de hebra	CRM N°92 Determination of menthol in cigarettes and cut filler by gas chromatography. April 2019	Se corrige la expresión del rango	15/04/2021	<b>13/12/2022</b> <b>Acreditación vencida</b>
Hebra de tabaco y cigarrillos	Determinación de Mentol	(2 - 15) mg/cigarrillo (2 - 12) mg/g de hebra	CRM N°92 Determination of menthol in cigarettes and cut filler by gas chromatography. April 2019	Reacreditación	<b>16/12/2022</b>	31/01/2024
Hebra de tabaco y cigarrillos	Determinación de Mentol	(2 - 15) mg/cigarrillo (2 - 12) mg/g de hebra	CORESTA Recommended Method N°92 Determination of menthol in cigarettes and cut filler by gas chromatography. (2019)	Se ajusta el nombre del método de ensayo	31/01/2024	