

El Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA) otorga el presente certificado a

CELULOSA Y ENERGÍA PUNTA PEREIRA S.A.

MONTES DEL PLATA

Prolongación Ruta 55 km 12, Conchillas – Colonia

Quien ha sido acreditado bajo los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 (equivalente a Norma UNIT-ISO/IEC 17025:2017). Esto constituye la expresión formal de su competencia técnica para actuar como Laboratorio de Ensayo en el alcance establecido en el presente documento y en la página web de OUA. (www.organismouruguayodeacreditacion.org).

Ciclo de Acreditación **13.06.2024** al **13.06.2028**

El Laboratorio de Ensayo queda identificado con la siguiente marca de acreditación:



DETALLE DEL ALCANCE:

Nº REVISIÓN:	2
FECHA DE REVISIÓN:	31/07/2025

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO
Efluentes	Determinación de DQO	(20 - 1500) mg O ₂ /L	I_TEC_023, versión 09, basado en APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition 2023. Closed Reflux, Colorimetric Method 5220 D
Efluentes	Determinación de color aparente	(15 - 1360) PtCo	I_TEC_034, versión 09, basado en APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition 2023. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method 2120C
Efluentes	Determinación de Sólidos suspendidos totales	(10 – 200) mg/L	I_TEC_073, versión 09, basado en APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition 2023. Total, Suspended Solids Dried at 103-105°C Method 2540 D
Efluentes	Determinación de Fósforo total	(0,32 - 8,15) mg/L PO ₄ -P	I_TEC_087, versión 10, basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 4500 P
Efluentes	Determinación de Fósforo Total	(1,2 - 5,0) mg/L de PO ₄ -P	I_TEC_041, versión 07, basado en Método HACH. 2nd Edition 2021. Phosphorus Total Method 10210