

## ANTECEDENTES DE ACREDITACIÓN

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CICLO DE ACREDITACION:</b>                                      | 28/07/2023 al 28/07/2027                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE REVISIÓN:</b>                                          | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPO DE ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:</b>          | Laboratorio de Análisis Clínicos                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:</b> | <b>SIEMBRASUR S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOMBRE FANTASÍA:</b>                                            | LAC                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DIRECCIÓN:</b>                                                  | Avenida Italia 2595, Montevideo - Uruguay                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IDENTIFICACIÓN:</b>                                             | LA NRO. 001                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>REQUISITOS DE ACREDITACIÓN:</b>                                 | <b>20/05/2014 al 08/06/2015</b> - Norma UNIT-ISO 15189:2007 (equivalente a ISO 15189:2007)<br><b>08/06/2015</b> - Norma UNIT-ISO 15189:2012 (equivalente ISO 15189:2012)<br><b>06/06/2025</b> - Norma UNIT-ISO 15189:2022 (equivalente ISO 15189:2022) |

### DETALLE DEL ALCANCE:

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                                         |                              |                                                                                                                                       |                     |                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                                  |                              |                                                                                                                                       | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición                     | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                             |                     |                                           |                    |               |
| Suero                         | LDL- Colesterol   | Medición directa - Detergente selectivo | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                   | 3,87-549 mg/dL      | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | LDL- Colesterol   | Medición directa - Detergente selectivo | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057966190 | 3,87-549 mg/dL      | Se actualiza la identificación del método | 16/08/2024         |               |
| Suero                         | LDL- Colesterol   | Medición directa - Detergente selectivo | Automatizado                 | Ref: 08057966190                                                                                                                      | 3,87-549 mg/dL      |                                           |                    |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                          |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                   |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | Colesterol        | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 3.86-800 mg/dL      | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Colesterol        | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057443190 | 3.86-800 mg/dL      | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Colesterol        | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Ref: 08057443190                                                                                                                     | 3.86-800 mg/dL      | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Urea              | Enzimático               | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 3.0-240 mg/dL       | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Urea              | Enzimático               | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08058806190 | 3.0-240 mg/d L      | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Urea              | Enzimático               | Automatizado                 | Ref: 08058806190                                                                                                                     | 3.0-240 mg/d L      | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | AST               | Enzimático con P5P       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 10-700 U/L          | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | AST               | Enzimático con P5P       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056838190 | 10-700 U/L          | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | AST               | Enzimático con P5P       | Automatizado                 | Ref: 08104719190                                                                                                                     | 5-700 U/L           | Se actualiza la identificación del método y el rango      | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                    |                          |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN  | MÉTODO                   |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                    | Técnica de Medición      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | ALT                | Enzimático con P5P       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 6-700 U/L           | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | ALT                | Enzimático con P5P       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056773190 | 6-700 U/L           | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | ALT                | Enzimático con P5P       | Automatizado                 | Ref: 08104697190                                                                                                                     | 5-700 U/L           | Se actualiza la identificación del método y el rango      | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | GGT                | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 3-1200 U/L          | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | GGT                | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057796190 | 3-1200 U/L          | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | GGT                | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Ref: 08057796190                                                                                                                     | 3-1200 U/L          | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Fosfatasa Alcalina | Colorimétrico            | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 5-1200 U/L          | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Fosfatasa Alcalina | Colorimétrico            | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056757190 | 5-1200 U/L          | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Fosfatasa Alcalina | Colorimétrico            | Automatizado                 | Ref: 08056757190                                                                                                                     | 5-1200 U/L          | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                          |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                   |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | Triglicéridos     | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 8.85-885 mg/dL      | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Triglicéridos     | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08058687190 | 8.85-885 mg/dL      | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Triglicéridos     | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Ref: 08058687190                                                                                                                     | 8.85-885 mg/dL      | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | HDL               | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 3.09-150 mg/dL      | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | HDL               | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057877190 | 3.09-150 mg/dL      | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | HDL               | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Ref: 08057877190                                                                                                                     | 3.09-150 mg/dL      | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Albúmina          | Colorimétrico            | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0.2-6.0 g/dL        | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Albúmina          | Colorimétrico            | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056692190 | 0.2-6.0 g/dL        | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Albúmina          | Colorimétrico            | Automatizado                 | Ref: 08056692190                                                                                                                     | 0.2-6.0 g/dL        | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                     |                     |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | Proteínas Totales   | Colorimétrico       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0,3-12 g/dL         | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Proteínas Totales   | Colorimétrico       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08058652190 | 0,3-12 g/dL         | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Proteínas Totales   | Colorimétrico       | Automatizado                 | Ref: 08058652190                                                                                                                     | 0,3-12 g/dL         | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Bilirrubina Directa | Colorimétrico       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0.08-14 mg/dL       | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Bilirrubina Directa | Colorimétrico       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056951190 | 0.08-14 mg/dL       | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Bilirrubina Directa | Colorimétrico       | Automatizado                 | Ref: 08056951190                                                                                                                     | 0.08-14 mg/dL       | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Bilirrubina Total   | Colorimétrico       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0.146-38.0 mg/dL    | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Bilirrubina Total   | Colorimétrico       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056960190 | 0.146-38.0 mg/dL    | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Bilirrubina Total   | Colorimétrico       | Automatizado                 | Ref: 08056960190                                                                                                                     | 0.146-38.0 mg/dL    | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                     |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | Calcio Total      | Fotométrico BAPTA   | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0.8-20.1 mg/dL      | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Calcio Total      | Fotométrico BAPTA   | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057427190 | 0.8-20.1 mg/dL      | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Calcio Total      | Fotométrico BAPTA   | Automatizado                 | Ref: 08057427190                                                                                                                     | 0.8-20.1 mg/dL      | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Creatinina        | Enzimático          | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0.113-30.5 mg/dL    | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Creatinina        | Enzimático          | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057524190 | 0.113-30.5 mg/dL    | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Creatinina        | Enzimático          | Automatizado                 | Ref: 08057524190                                                                                                                     | 0.113-30.5 mg/dL    | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Hierro            | Colorimétrico       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 5.03-1000 µg/dL     | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Hierro            | Colorimétrico       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057931190 | 5.03-1000 µg/dL     | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Hierro            | Colorimétrico       | Automatizado                 | Ref: 08057931190                                                                                                                     | 5.03-1000 µg/dL     | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                          |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                   |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | Fósforo           | Fosfomolibdato-UV        | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0.31-20.0 mg/dL     | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Fósforo           | Fosfomolibdato-UV        | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08058610190 | 0.31-20.0 mg/dL     | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Fósforo           | Fosfomolibdato-UV        | Automatizado                 | Ref: 08058610190                                                                                                                     | 0.31-20.0 mg/dL     | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Ac.Úrico          | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 0.2-25 mg/dL        | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Ac.Úrico          | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08058750190 | 0.2-25 mg/dL        | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Ac.Úrico          | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Ref: 08058750190                                                                                                                     | 0.2-25 mg/dL        | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Potasio           | Electrodo ion selectivo  | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 1.5-10 mEq/L        | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Potasio           | Electrodo ion selectivo  | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica ISE 21C3-07 y Cobas Pro ce unidad analítica ISE 21C3-06.<br>Ref: 10825441001                           | 1.5-10 mEq/L        | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Potasio           | Electrodo ion selectivo  | Automatizado                 | Ref: 10825441001                                                                                                                     | 1.5-10 mEq/L        | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Sodio             | Electrodo ion selectivo  | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                             | 80-180 mEq/L        | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                     |                                |                              |                                                                                                                                                   |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO                         |                              |                                                                                                                                                   | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                     | Técnica de Medición            | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                         |                     |                                                           |                    |               |
|                               |                     |                                |                              | - Cobas Pro ce<br>Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                                                                                        |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | Sodio               | Electrodo ion selectivo        | Automatizado                 | Cobas Pro ce<br>unidad analítica ISE 21C3-07 y Cobas Pro cee<br>unidad analítica ISE 21C3-06.<br>Ref: 10825468001                                 | 80-180 mEq/L        | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Sodio               | Electrodo ion selectivo        | Automatizado                 | Ref: 10825468001                                                                                                                                  | 80-180 mEq/L        | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Proteína C Reactiva | Inmunoturbidimétrico           | Automatizado                 | - Cobas Pro ce<br>Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                                       | 0.6-350 mg/L        | <b>Reacreditación</b>                                     | <b>28/07/2023</b>  | 16/08/2024    |
| Suero                         | Proteína C Reactiva | Inmunoturbidimétrico           | Automatizado                 | Cobas Pro ce<br>unidad analítica Cobas c503<br>serie 21C2-03 y Cobas Pro cee<br>unidad analítica Cobas c503<br>serie 21C2-02.<br>Ref: 08057591190 | 0.6-350 mg/L        | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Proteína C Reactiva | Inmunoturbidimétrico           | Automatizado                 | Ref: 08057591190                                                                                                                                  | 0.6-350 mg/L        | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Transferrina        | Inmunoturbidimétrico           | Automatizado                 | - Cobas Pro ce<br>Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                                       | 100-520 mg/dL       | <b>Reacreditación</b>                                     | <b>28/07/2023</b>  | 16/08/2024    |
| Suero                         | Transferrina        | Inmunoturbidimétrico           | Automatizado                 | Cobas Pro ce<br>unidad analítica Cobas c503<br>serie 21C2-03 y Cobas Pro cee<br>unidad analítica Cobas c503<br>serie 21C2-02.<br>Ref: 08058733190 | 100-520 mg/dL       | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Transferrina        | Inmunoturbidimétrico           | Automatizado                 | Ref: 08058733190                                                                                                                                  | 100-520 mg/dL       | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Plasma/Suero                  | Glucosa             | Enzimático<br>Ref: 08057800190 | Automatizado                 | - Cobas Pro ce<br>Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce<br>Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                         | 2-750 mg/dL         | <b>Reacreditación</b>                                     | <b>28/07/2023</b>  | 16/08/2024    |
| Plasma/Suero                  | Glucosa             | Enzimático                     | Automatizado                 | Cobas Pro ce<br>unidad analítica Cobas c503<br>serie 21C2-03 y Cobas Pro cee<br>unidad analítica Cobas c503<br>serie 21C2-02.                     | 2-750 mg/dL         | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |



| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                          |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                                      |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                   |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                                         | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                                      |                    |               |
|                               |                   |                          |                              | Ref: 08057800190                                                                                                                     |                     |                                                                      |                    |               |
| Plasma/Suero                  | Glucosa           | Enzimático               | Automatizado                 | Ref: 08057800190                                                                                                                     | 2-750 mg/dL         | Se actualiza la expresión de la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Albuminuria       | Inmunoturbidimétrico     | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                             | 3-400 mg /L         | Reacreditación                                                       | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Orina                         | Albuminuria       | Inmunoturbidimétrico     | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                             | 3-400 mg /L         | Se modifica matriz por orina y se actualiza identificación de método | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Albuminuria       | Inmunoturbidimétrico     | Automatizado                 | Ref: 08056722190                                                                                                                     | 3-400 mg/L          | Se actualiza la expresión de la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Creatinuria       | Enzimático               | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                             | 3,39-610 mg/dL      | Reacreditación                                                       | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Orina                         | Creatinuria       | Enzimático               | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                             | 3,39-610 mg/dL      | Se modifica matriz por orina y se actualiza identificación de método | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Creatinuria       | Enzimático               | Automatizado                 | Ref: 08057524190                                                                                                                     | 3,39-610 mg/dL      | Se actualiza la expresión de la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Proteinuria       | Turbidimétrico           | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                             | 40-2000 mg/L        | Reacreditación                                                       | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Orina                         | Proteinuria       | Turbidimétrico           | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                             | 40-2000 mg/L        | Se modifica matriz por orina y se actualiza identificación de método | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Proteinuria       | Turbidimétrico           | Automatizado                 | Ref:08058679190                                                                                                                      | 40-2000 mg/L        | Se actualiza la expresión de la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Amilasa           | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 3-1500 U/ L         | Reacreditación                                                       | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Amilasa           | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056811190 | 3-1500 U/L          | Se actualiza la identificación del método                            | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Amilasa           | Enzimático colorimétrico | Automatizado                 | Ref: 08056811190                                                                                                                     | 3-1500 U/L          | Se actualiza la expresión de la identificación del método            | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                     |                           |                              |                                                                                                                                      |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO                    |                              |                                                                                                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                     | Técnica de Medición       | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | Amilasa Pancreática | Colorimétrico             | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 3-1500 U/L          | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Amilasa Pancreática | Colorimétrico             | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08056820190 | 3-1500 U/L          | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Amilasa Pancreática | Colorimétrico             | Automatizado                 | Ref: 08056820190                                                                                                                     | 3-1500 U/L          | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera (EDTA)          | HbA1c               | Inmunoinhibición          | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                  | 4.2-20.1 %          | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera (EDTA)          | HbA1c               | Inmunoinhibición          | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03<br>Ref: 08056668190                                                           | 4.2-20.1 %          | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera (EDTA)          | HbA1c               | Inmunoinhibición          | Automatizado                 | Ref: 08056668190                                                                                                                     | 4.2-20.1 %          | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | CK                  | UV-NAC activado           | Automatizado                 | - - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                | 7-2000 U/L          | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | CK                  | UV-NAC activado           | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02.<br>Ref: 08057460190 | 7-2000 U/L          | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | CK                  | UV-NAC activado           | Automatizado                 | Ref: 08057460190                                                                                                                     | 7-2000 U/L          | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | LDH                 | L-Lactato a Piruvato – UV | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie                                          | 10-1000 U/L         | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                           |                              |                                                                                                                                    |                     |                                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                    |                              |                                                                                                                                    | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición       | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                          |                     |                                                           |                    |               |
|                               |                   |                           |                              | 41S6-09 y serie 41S6-07                                                                                                            |                     |                                                           |                    |               |
| Suero                         | LDH               | L-Lactato a Piruvato – UV | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02. Ref: 08057958190 | 10-1000 U/L         | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | LDH               | L-Lactato a Piruvato – UV | Automatizado                 | Ref: 08057958190                                                                                                                   | 10-1000 U/L         | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                         | Ferritina         | Inmunoturbidimétrico      | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.                                                                           | 8-1000 ng/mL        | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                         | Ferritina         | Inmunoturbidimétrico      | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-03 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas c503 serie 21C2-02. Ref: 08057648190 | 8-1000 ng/mL        | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                         | Ferritina         | Inmunoturbidimétrico      | Automatizado                 | Ref: 08057648190                                                                                                                   | 8-1000 ng/mL        | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGÍA |                                    |                                      |                              |                                                                                                              |                                 |                                                           |                    |               |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN                  | MÉTODO                               |                              |                                                                                                              | RANGO DE APLICACIÓN             | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                |                                    | Técnica de Medición                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                    |                                 |                                                           |                    |               |
| Sangre Entera/EDTA             | WBC (Recuento de glóbulos blancos) | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.03-440 X 10 <sup>3</sup> /uL  | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDTA             | WBC (Recuento de glóbulos blancos) | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0.03-440 X 10 <sup>3</sup> /uL  | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDTA             | WBC (Recuento de glóbulos blancos) | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.03-440 X 10 <sup>3</sup> /uL  | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDTA             | RBC (Recuento de glóbulos rojos)   | Impedancia con enfoque hidrodinámico | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.01-8.60 X 10 <sup>6</sup> /uL | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGÍA |                                  |                                      |                              |                                                                                                              |                                 |                                                           |                    |               |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN                | MÉTODO                               |                              |                                                                                                              | RANGO DE APLICACIÓN             | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                |                                  | Técnica de Medición                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                    |                                 |                                                           |                    |               |
| Sangre Entera/EDTA             | RBC (Recuento de glóbulos rojos) | Impedancia con enfoque hidrodinámico | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0.01-8.60 X 10 <sup>6</sup> /uL | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDTA             | RBC (Recuento de glóbulos rojos) | Impedancia con enfoque hidrodinámico | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.01-8.60 X 10 <sup>6</sup> /uL | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDTA             | Hemoglobina                      | SLS Hemoglobina                      | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.1-26.0 g/dL                   | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDTA             | Hemoglobina                      | SLS Hemoglobina                      | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0.1-26.0 g/dL                   | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDTA             | Hemoglobina                      | SLS Hemoglobina                      | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.1-26.0 g/dL                   | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDTA             | Hematocrito                      | Altura de pulso acumulado            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.1-75%                         | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDTA             | Hematocrito                      | Altura de pulso acumulado            | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0.1-75%                         | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDTA             | Hematocrito                      | Altura de pulso acumulado            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0.1-75%                         | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDTA             | Volumen Corpuscular Medio (VCM)  | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                              | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDTA             | Volumen Corpuscular Medio (VCM)  | Calculado                            | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | NA                              | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDTA             | Volumen Corpuscular Medio (VCM)  | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                              | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGÍA |                                                       |                                                                            |                              |                                                                                                              |                            |                                                                                  |                    |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN                                     | MÉTODO                                                                     |                              |                                                                                                              | RANGO DE APLICACIÓN        | MODIFICACIÓN                                                                     | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                |                                                       | Técnica de Medición                                                        | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                    |                            |                                                                                  |                    |               |
|                                |                                                       |                                                                            |                              | use)                                                                                                         |                            | método                                                                           |                    |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Hemoglobina Corpuscular Media (MCH)                   | Calculado                                                                  | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                         | Reacreditación                                                                   | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Hemoglobina Corpuscular Media (MCH)                   | Calculado                                                                  | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | NA                         | Se actualiza la identificación del método                                        | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Hemoglobina Corpuscular Media (MCH)                   | Calculado                                                                  | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                         | Se actualiza la expresión de la identificación del método                        | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (MCHC) | Calculado                                                                  | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                         | Reacreditación                                                                   | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (MCHC) | Calculado                                                                  | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | NA                         | Se actualiza la identificación del método                                        | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (MCHC) | Calculado                                                                  | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                         | Se actualiza la expresión de la identificación del método                        | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Plaquetas                                             | Citometría de flujo con fluorescente/Impedancia con enfoque hidrodinámico  | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 2-5000x10 <sup>3</sup> /uL | Reacreditación                                                                   | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Plaquetas                                             | Citometría de flujo fluorescente                                           | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359                                                 | 2-5000x10 <sup>3</sup> /uL | Se actualiza la identificación del método y se separan en 2 técnicas de medición | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
|                                |                                                       | Impedancia con enfoque hidrodinámico                                       | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256                                                |                            |                                                                                  |                    |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Plaquetas                                             | Citometría de flujo con fluorescente/ Impedancia con enfoque hidrodinámico | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 2-5000x10 <sup>3</sup> /uL | Se actualiza la expresión de la identificación del método                        | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGÍA |                                                          |                                      |                              |                                                                                                              |                                     |                                                           |                    |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN                                        | MÉTODO                               |                              |                                                                                                              | RANGO DE APLICACIÓN                 | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                |                                                          | Técnica de Medición                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                    |                                     |                                                           |                    |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Volumen Plaquetario Medio (MPV)                          | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                                  | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Volumen Plaquetario Medio (MPV)                          | Calculado                            | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | NA                                  | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Volumen Plaquetario Medio (MPV)                          | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                                  | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Amplitud de Distribución Eritrocitaria (RDW-CV y RDW-SD) | RDW-CV/ RDW-SD Calculado             | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                                  | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Amplitud de Distribución Eritrocitaria (RDW-CV y RDW-SD) | RDW-CV/ RDW-SD Calculado             | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | NA                                  | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Amplitud de Distribución Eritrocitaria (RDW-CV y RDW-SD) | RDW-CV/ RDW-SD Calculado             | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | NA                                  | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Neutrófilos                                              | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Neutrófilos                                              | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Neutrófilos                                              | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Linfocitos                                               | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Linfocitos                                               | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador                                   | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGÍA |                   |                                      |                              |                                                                                                              |                                     |                                                           |                    |               |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                               |                              |                                                                                                              | RANGO DE APLICACIÓN                 | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                |                   | Técnica de Medición                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                    |                                     |                                                           |                    |               |
|                                |                   |                                      |                              | modulo analítico XN-10 serie 4359                                                                            |                                     |                                                           |                    |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Linfocitos        | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Monocitos         | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Monocitos         | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Monocitos         | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Eosinófilos       | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Eosinófilos       | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Eosinófilos       | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Sangre Entera/EDT A            | Basófilos         | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Sangre Entera/EDT A            | Basófilos         | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | SYSMEX XN-3100, Analizador modulo analítico XN-10 serie 43256 y Analizador modulo analítico XN-10 serie 4359 | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Sangre Entera/EDT A            | Basófilos         | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN 3100, Instructions for use)                                                            | 0,03-440X10 <sup>3</sup> /uL 0-100% | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA |            |        |          |              |       |       |
|----------------------------------|------------|--------|----------|--------------|-------|-------|
| MUESTRA                          | ANÁLISIS / | MÉTODO | RANGO DE | MODIFICACIÓN | FECHA | FECHA |



| / MATRIZ                       | EXÁMEN        | Técnica de Medición                                                                                               | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICACIÓN                                                                                         |                                           | OTORGAMIENTO | VALIDEZ    |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| Orina                          | Urocultivo    | Cultivo Manual/Automatizado, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado | Manual / Automatizado        | Cultivo Manual o Nefelometría Laser: Alfred 60 AST.<br><br><u>Identificación:</u><br>Colorimetría Walk Away (Paneles: PC33 y NC83).<br>Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><br><u>Sensibilidad:</u><br>Microdilución<br>Turbidimetría: Walk Away Plus (Paneles:PC33 y NC83)<br>ITTEC68                                    | No desarrolla bacterias/ Recuento bacteriano por mL                                                | Reacreditación                            | 28/07/2023   | 16/08/2024 |
| Orina                          | Urocultivo    | Cultivo Manual/Automatizado, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado | Manual / Automatizado        | Cultivo Manual o Nefelometría Laser:Alfred 60 AST.<br><u>Identificación:</u><br>Colorimetría WalkAway 96 PLUS (Paneles: PC33 y NC83).<br>Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><u>Sensibilidad:</u><br>Microdilución<br>Turbidimetría: Walk Away 96 Plus (Paneles:PC33 y NC83)ITTEC68                                       | No desarrolla bacterias/ Recuento bacteriano por mL                                                | Se actualiza la identificación del método | 16/08/2024   | 06/06/2025 |
| Orina                          | Urocultivo    | Cultivo Manual/Automatizado, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado | Manual / Automatizado        | Cultivo Manual o Nefelometría Laser:Alfred 60 AST<br><b>Identificación:</b><br>-Colorimetría por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles PC41 y NC 83)<br>-Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><b>Sensibilidad:</b><br>Microdilución, Turbidimetría: por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles: PC41, NC83 y NM61)<br>ITTEC68 | No desarrolla bacterias/ Recuento bacteriano por mL                                                | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025   |            |
| Hisopo con medio de transporte | Exudado Nasal | Cultivo Manual, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado              | Manual / Automatizado        | <u>Identificación:</u><br>Colorimetría Walk Away (Paneles: PC33).<br>Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><br><u>Sensibilidad:</u><br>Microdilución<br>Turbidimetría: Walk Away Plus (Paneles: PC33)<br>ITTEC79-Procesamiento Exudado Orico                                                                                | No desarrolla bacterias patógenas/ Desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica | Reacreditación                            | 28/07/2023   | 16/08/2024 |
| Hisopo con medio de transporte | Exudado Nasal | Cultivo Manual, Tinción Gram/Identificación Manual o                                                              | Manual / Automatizado        | <u>Identificación:</u><br>Colorimetría WalkAway 96 PLUS (Paneles: PC33).                                                                                                                                                                                                                                                                 | No desarrolla bacterias patógenas/ Desarrollo de                                                   | Se actualiza la identificación del método | 16/08/2024   | 06/06/2025 |



| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA |                     |                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                           |                    |               |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ                 | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RANGO DE APLICACIÓN                                                                                | MODIFICACIÓN                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                  |                     | Técnica de Medición                                                                                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                           |                    |               |
|                                  |                     | Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado                                                      |                              | Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><u>Sensibilidad:</u><br>Microdilución<br>Turbidimetría: WalkAway 96 PLUS (Paneles: PC33)<br>ITTEC79-Procesamiento Exudado Oótico                                                                                                                                          | tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica                                                  |                                           |                    |               |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado Nasal       | Cultivo Manual, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado | Manual / Automatizado        | Cultivo Manual<br><b>Identificación:</b><br>-Colorimetría por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles PC41 )<br>-Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><b>Sensibilidad:</b><br>Microdilución, Turbidimetría: por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles: PC41 NM61 NC83)<br>Procedimiento interno: ITTEC69           | No desarrolla bacterias patógenas/ Desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado ótico       | Cultivo Manual, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado | Manual / Automatizado        | <u>Identificación:</u><br>Colorimetría Walk Away (Paneles: PC33 y NC83).<br>Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><br><u>Sensibilidad:</u><br>Microdilución<br>Turbidimetría: Walk Away Plus (Paneles: PC33 y NC83)<br>ITTEC79-Procesamiento Exudado Oótico.                                                    | No desarrolla bacterias patógenas/ Desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado ótico       | Cultivo Manual, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado | Manual / Automatizado        | Cultivo Manual<br><b>Identificación:</b><br>-Colorimetría por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles PC41 y NC 83)<br>-Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><b>Sensibilidad:</b><br>Microdilución, Turbidimetría: por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles: PC41, NC83 y NM61)<br>Procedimiento interno: ITTEC79 | No desarrolla bacterias patógenas/ Desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado faríngeo    | Cultivo Manual. Aglutinación Látex Grupo Streptococo. Identificación Manual. Antibiograma            | Manual                       | <u>Identificación:</u><br>Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br>ITTEC76-Procesamiento de Exudado Faríngeo                                                                                                                                                                                                       | Identificación bacteriana                                                                          | Reacreditación                            | 28/07/2023         |               |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado conjuntival | Cultivo Manual, Tinción Gram/Identificación                                                          | Manual / Automatizado        | <u>Identificación:</u><br>Colorimetría Walk Away (Panel: PC33 y NC83).                                                                                                                                                                                                                                                       | No desarrolla bacterias patógenas/                                                                 | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA        |                                               |                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                           |                    |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ                        | ANÁLISIS / EXÁMEN                             | MÉTODO                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RANGO DE APLICACIÓN                                                                                | MODIFICACIÓN                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                         |                                               | Técnica de Medición                                                                                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                           |                    |               |
|                                         |                                               | ón Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado                                          | tizado                       | Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><br>Microdilución<br>Turbidimetría: Walk Away Plus<br>(Paneles: PC33 y NC83.<br>ITTEC82-Procesamiento de Exudado Conjuntival                                                                                                                                              | Desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica                                    |                                           |                    |               |
| Hisopo con medio de transporte          | Exudado conjuntival                           | Cultivo Manual, Tinción Gram/Identificación Manual o Automatizada/Antibiograma Manual o Automatizado | Manual / Automatizado        | Cultivo Manual<br><b>Identificación:</b><br>-Colorimetría por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles PC41 y NC 83)<br>-Espectrometría de masa: Maldi Biotyper Compass.<br><b>Sensibilidad:</b><br>Microdilución, Turbidimetría: por DXM 1096 MicroScan WalkAway (Paneles: PC41, NC83 y NM61)<br>Procedimiento interno: ITTEC82 | No desarrolla bacterias patógenas/ Desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina/Exudado ótico/Exudado Conjuntival | Urocultivo/ Exudado ótico/Exudado Conjuntival | Identificación/Sensibilidad                                                                          | Automatizado                 | <u>Panel NC66</u><br><u>Instructivo Interno</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | No desarrolla bacterias patógenas/ Desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMOSTASIS |                            |                     |                              |                                                         |                     |                |                    |               |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN          | MÉTODO              |                              |                                                         | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN   | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                            | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                               |                     |                |                    |               |
| Plasma con citrato            | APTT                       | Coagulométrico      | Automatizado                 | HemosIL APTT-SP (liquid) ACL Top 350 CTS<br>SN 17060654 | 16,0-500,0 s        | Reacreditación | 28/07/2023         |               |
| Plasma con citrato            | TP (Tiempo de Protrombina) | Coagulométrico      | Automatizado                 | HemosIL recombiplastin 2G ACL Top 350 CTS<br>SN17060654 | 8-320 s             | Reacreditación | 28/07/2023         |               |
| Plasma con citrato            | Fibrinógeno                | Calculado           | Automatizado                 | HemosIL recombiplastin 2G ACL Top 350 CTS<br>SN17060654 | 60-700 mg/dL        | Reacreditación | 28/07/2023         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: INMUNOLOGÍA |                   |                            |                              |                                                         |                     |                                    |                    |               |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                     |                              |                                                         | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN                       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                |                   | Técnica de Medición        | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                               |                     |                                    |                    |               |
| Suero                          | TSH               | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07 | 0.005-100 µUI/mL    | Reacreditación                     | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                          | TSH               | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas e801                | 0.005-100 µUI/      | Se actualiza la identificación del | 16/08/2024         | 06/06/2025    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: INMUNOLOGÍA |                   |                            |                              |                                                                                                                                    |                       |                                                                                 |                    |                   |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                     |                              |                                                                                                                                    | RANGO DE APLICACIÓN   | MODIFICACIÓN                                                                    | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ     |
|                                |                   | Técnica de Medición        | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                          |                       |                                                                                 |                    |                   |
|                                |                   |                            |                              | serie 41S6-09 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-07 Ref. 0844343290                                            | mL                    | método                                                                          |                    |                   |
| Suero                          | TSH               | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | Ref: 08443432190                                                                                                                   | 0.005-100 µUI/mL      | Se actualiza la expresión de la identificación del método                       | 06/06/2025         |                   |
| Suero                          | T4 Libre          | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro cee Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro cee Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07              | 0.10-7.77 ng/dL       | <b>Reacreditación</b>                                                           | <b>28/07/2023</b>  | <b>16/08/2024</b> |
| Suero                          | T4 Libre          | Electroquimioluminiscencia | AUTOMATIZADO                 | Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-09 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-07 Ref. 09043284190 | 0.1-7.77 ng/dL        | Se modifica la referencia del reactivo, la identificación del método y el rango | 16/08/2024         | 06/06/2025        |
| Suero                          | T4 Libre          | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | Ref: 08791732190                                                                                                                   | 0.1-7.77 ng/dL        | Se actualiza la expresión de la identificación del método                       | 06/06/2025         |                   |
| Suero                          | PSA total         | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro cee Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro cee Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07              | 0.014-100 ng/mL       | <b>Reacreditación</b>                                                           | <b>28/07/2023</b>  | 16/08/2024        |
| Suero                          | PSA total         | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-09 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-07 Ref. 08791732190 | 0.014-100 ng/mL       | Se actualiza la identificación del método                                       | 16/08/2024         | 06/06/2025        |
| Suero                          | PSA total         | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | Ref: 09043284190                                                                                                                   | 0.014-100 ng/mL       | Se actualiza la expresión de la identificación del método                       | 06/06/2025         |                   |
| Suero                          | BHCG              | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro cee Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07                                                                           | 0.250-10000 mUI/mL    | <b>Reacreditación</b>                                                           | <b>28/07/2023</b>  | 16/08/2024        |
| Suero                          | BHCG              | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-09 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-07 Ref.07251025190  | 0.250-10000 mUI/mL    | Se actualiza la identificación del método                                       | 16/08/2024         | 06/06/2025        |
| Suero                          | BHCG              | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | Ref: 07251025190                                                                                                                   | 0.250-10000 mUI/mL    | Se actualiza la expresión de la identificación del método                       | 06/06/2025         |                   |
| Suero                          | HCV               | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro cee Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro cee Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07              | Reactivo/ No Reactivo | <b>Reacreditación</b>                                                           | <b>28/07/2023</b>  | 26/02/2024        |
| Suero                          | HCV               | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro cee Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro cee Cobas                                                 | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la Ref.                                                            | 26/02/2024         | 16/08/2024        |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: INMUNOLOGÍA |                                |                                  |                              |                                                                                                                                   |                       |                                                           |                    |               |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN              | MÉTODO                           |                              |                                                                                                                                   | RANGO DE APLICACIÓN   | MODIFICACIÓN                                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                |                                | Técnica de Medición              | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                         |                       |                                                           |                    |               |
|                                |                                |                                  |                              | e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07 (Ref. 08837058190)                                                                             |                       |                                                           |                    |               |
| Suero                          | HCV                            | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e 801 serie 42W2-05 Ref 08837058190                                                          | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                          | HCV                            | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Ref: 08837058190                                                                                                                  | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                          | HIV                            | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07               | Reactivo/ No Reactivo | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                          | HIV                            | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-09 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 42W2-05 Ref. 08836973190 | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                          | HIV                            | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Ref: 08836973190                                                                                                                  | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                          | HBsAg                          | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07               | Reactivo/ No Reactivo | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 16/08/2024    |
| Suero                          | HBsAg                          | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e 801 serie 42W2-05 Ref 08814848190                                                          | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                          | HBsAg                          | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Ref: 08814848190                                                                                                                  | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                          | Anticuerpos Anti Trepónemico s | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y 42W-05                                                                                  | Reactivo/ No Reactivo | Reacreditación                                            | 28/07/2023         | 26/02/2024    |
| Suero                          | Anticuerpos Anti Trepónemico s | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y 42W-05 (Ref. 09015051190)                                                               | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la Ref.                                      | 26/02/2024         | 16/08/2024    |
| Suero                          | Anticuerpos Anti Trepónemico s | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Cobas Pro ce unidad analítica Cobas e801 serie 41S6-09 y Cobas Pro cee unidad analítica Cobas e801 serie 42W2-05 Ref. 09015051190 | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la identificación del método                 | 16/08/2024         | 06/06/2025    |
| Suero                          | Anticuerpos Anti Trepónemico s | Electroquimioluminiscencia       | Automatizado                 | Ref: 09015051190                                                                                                                  | Reactivo/ No Reactivo | Se actualiza la expresión de la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Suero                          | RPR                            | Aglutinación partículas de cabón | Manual                       | Veda Lab                                                                                                                          | Título                | Se pasa a los ensayos de inmunología                      | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: SEROLOGÍA |                   |                            |                              |                                                                                                                     |                       |                |                    |                                            |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------|
| MUESTRA / MATRIZ             | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                     |                              |                                                                                                                     | RANGO DE APLICACIÓN   | MODIFICACIÓN   | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ                              |
|                              |                   | Técnica de Medición        | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                           |                       |                |                    |                                            |
| Suero                        | HCV               | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07 | Reactivo/ No reactivo | Reacreditación | 28/07/2023         | 16/08/24<br>En alcance de Área Inmunología |
| Suero                        | HIV               | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y 42W-05                                                                    | Reactivo/ No reactivo | Reacreditación | 28/07/2023         | 16/08/24<br>En alcance de Área Inmunología |
| Suero                        | HBsAg             | Electroquimioluminiscencia | Automatizado                 | - Cobas Pro ce Cobas c503 serie 21C2-03 y serie 21C2-02.<br>- Cobas Pro ce Cobas e801 serie 41S6-09 y serie 41S6-07 | Reactivo/ No reactivo | Reacreditación | 28/07/2023         | 16/08/24<br>En alcance de Área Inmunología |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                   |                     |                              |                                                                                                                                                            |                                                     |                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                                            | RANGO DE APLICACIÓN                                 | MODIFICACIÓN                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                  |                                                     |                                           |                    |               |
| Orina                         | Leucocitos        | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | No Contiene a 500 células/uL                        | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Leucocitos        | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | No Contiene a 500 células/uL                        | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Nitritos          | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | No contiene-Positivo                                | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Nitritos          | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | No contiene-Positivo                                | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Urobilinógeno     | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | 0,2 a ≥8,0 E.U./dL                                  | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Urobilinógeno     | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | 0,2 a ≥8,0 E.U./dL                                  | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Proteína          | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)                                                                                | No Contiene a ≥1000mg/dL Mayor o igual a 1000 mg/dl | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                   |                     |                              |                                                                                                                                                            |                                                                    |                                           |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                                            | RANGO DE APLICACIÓN                                                | MODIFICACIÓN                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                  |                                                                    |                                           |                    |               |
|                               |                   |                     |                              | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403)                                                                                |                                                                    |                                           |                    |               |
| Orina                         | Proteína          | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | No Contiene a $\geq 1000 \text{ mg/dL}$ Mayor o igual a 1000 mg/dl | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | pH                | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | 5 a $\geq 9$                                                       | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | pH                | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | 5 a $\geq 9$                                                       | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Hemoglobina       | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | No contiene a 200eri/uL                                            | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Hemoglobina       | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | No contiene a 200eri/uL                                            | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Densidad          | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | $\leq 1005$ a $\geq 1030$                                          | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Densidad          | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | $\leq 1005$ a $\geq 1030$                                          | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Cetonas           | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | No Contiene a $\geq 160 \text{ mg/dL}$                             | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Cetonas           | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | No Contiene a $\geq 160 \text{ mg/dL}$                             | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Bilirrubina       | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | No Contiene a Alto                                                 | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Bilirrubina       | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer                                                                                                           | No Contiene a Alto                                                 | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |



**ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS**

| MUESTRA / MATRIZ | ANÁLISIS / EXÁMEN          | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                                            | RANGO DE APLICACIÓN             | MODIFICACIÓN                              | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                  |                            | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                  |                                 |                                           |                    |               |
|                  |                            |                     |                              | 10697763 Rev. D                                                                                                                                            |                                 |                                           |                    |               |
| Orina            | Glucosa                    | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | No contiene a $\geq 1000$ mg/dL | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina            | Glucosa                    | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | No contiene a $\geq 1000$ mg/dL | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina            | Creatinina                 | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | 10 mg/dL a $\geq 300$ mg/dL     | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina            | Creatinina                 | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | 10 mg/dL a $\geq 300$ mg/dL     | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina            | Albúmina                   | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | 10 a 150 mg/L                   | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina            | Albúmina                   | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | 10 a 150 mg/L                   | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina            | Albúmina/Creatinina        | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Normal a $\geq 300$ mg/g        | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina            | Albúmina/Creatinina        | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | Normal a $\geq 300$ mg/g        | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina            | Proteína/Creatinina        | Reflectancia        | Automatizado                 | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Normal a $\geq 1500$ mg/g       | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina            | Proteína/Creatinina        | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D                                                                                           | Normal a $\geq 1500$ mg/g       | Se actualiza la identificación del método | 06/06/2025         |               |
| Orina            | Cilindros HIAL/CIL no CLAS | Orina               | Manual / Automatizado        | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Ausencia / Presencia            | Reacreditación                            | 28/07/2023         | 06/06/2025    |



| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                                       |                     |                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                      |                    |               |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN                     | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                                            | RANGO DE APLICACIÓN                                                                            | MODIFICACIÓN                                         | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                                       | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                      |                    |               |
|                               |                                       |                     |                              | S002706) + UAS 800 (serie: H100403)                                                                                                                        |                                                                                                |                                                      |                    |               |
| Orina                         | Cilindros HIAL/CIL no CLAS            | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004                                                                                                  | Ausencia/Presencia                                                                             | Se actualiza la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Leucocitos LEU                        | Microscopia         | Manual / Automatizado        | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes / Campo Cubierto            | Reacreditación                                       | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Leucocitos LEU                        | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004                                                                                                  | Ausencia / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes / Campo Cubierto | Se actualiza la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Hematíes HEM                          | Microscopia         | Manual / Automatizado        | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes / Campo Cubierto            | Reacreditación                                       | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Hematíes HEM                          | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004                                                                                                  | Ausencia / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes / Campo Cubierto | Se actualiza la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Células epiteliales escamosas EPES    | Microscopia         | Manual / Automatizado        | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Ausencias / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes                 | Reacreditación                                       | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Células epiteliales escamosas         | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004                                                                                                  | Ausencia / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes                  | Se actualiza la identificación del método            | 06/06/2025         |               |
| Orina                         | Células epiteliales no escamosas EPNE | Microscopia         | Manual / Automatizado        | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Ausencia/Presencia                                                                             | Reacreditación                                       | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Células epiteliales no escamosas      | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004                                                                                                  | Ausencia / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes                  | Se actualiza la identificación del método y el rango | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                   |                     |                              |                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                      |                    |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                                            | RANGO DE APLICACIÓN                                                           | MODIFICACIÓN                                         | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                                  |                                                                               |                                                      |                    |               |
| Orina                         | Cristales CRIS    | Microscopia         | Manual / Automatizado        | - Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S004685) + UAS 800 (serie: H101101)<br>- Atellica 1500: Clinitek Novus (serie: S002706) + UAS 800 (serie: H100403) | Ausencia / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes | Reacreditación                                       | 28/07/2023         | 06/06/2025    |
| Orina                         | Cristales         | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004                                                                                                  | Ausencia/Presencia                                                            | Se actualiza la identificación del método y el rango | 06/06/2025         |               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: PARASITOLOGÍA |                   |                               |                              |                           |                              |                                          |                    |                                      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                 | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                        |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN          | MODIFICACIÓN                             | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ                        |
|                                  |                   | Técnica de Medición           | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                              |                                          |                    |                                      |
| Suero                            | FTA abs           | Inmunofluorescencia indirecta | Manual                       | Euroimmun                 | Reactivo/No Reactivo         | Reacreditación                           | 28/07/2023         | 19/09/2025                           |
| Suero                            | FTA abs           | Inmunofluorescencia indirecta | Manual                       | Inmunofluor               | Reactivo/No Reactivo         | Se actualiza la identificación de método | 19/09/2025         |                                      |
| Suero                            | TPHA              | Hemoaglutinación en placa     | Manual                       | Biorad                    | Reactivo/No Reactivo         | Reacreditación                           | 28/07/2023         |                                      |
| Suero                            | RPR Carbón        | Aglutinación                  | Manual                       | VEDA. LAB                 | No reactivo/ Reactivo Título | Otorgamiento                             | 16/08/2024         | 06/06/25 en alcance área inmunología |

| Centros de extracción de muestras incluidos en el alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LAC (SIEMBRASUR S.A)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicina Personalizada                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSEM                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEMM DIAGMED                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ALCANCE NO VIGENTE

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                   |                     |                              |                           |                     |                    |                    |                      |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                               |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                     |                    |                    |                      |
| Suero                         | Colesterol Total  | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P76        | 7 a 705 mg/Dl       | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                     |                      |                              |                           |                     |                    |                    |                      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO               |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                               |                     | Técnica de Medición  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                     |                    |                    |                      |
| Suero                         | Urea                | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P16        | 6,42 a 267,5 mg/dL  | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | AST                 | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P17        | 3 a 4202 U/L        | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | ALT                 | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P98        | 5 a 3899 U/L        | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | GGT                 | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P73        | 4 a 9256 U/L        | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Fosfatasa Alcalina  | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P20        | 9 a 4555 U/L        | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Triglicéridos       | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P77        | 7 a 1420 mg/dL      | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | HDL- Colesterol     | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P75        | 5 a 180 mg/dL       | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Albumina            | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P02        | 0,4 a 10.5 g/dL     | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Proteína Totales    | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P02        | 0.8 a 18.4 g/dL     | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Bilirrubina Directa | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P97        | 0.1 a 15.0 mg/dL    | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Bilirrubina Total   | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P96        | 0.3 a 25.0 mg/dL    | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Calcio Total        | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P57        | 2.0 a 24.0 mg/dL    | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Creatinina          | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P99        | 0.20 a 37.00 mg/dL  | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Hierro              | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P39        | 5 a 1000 µg/dL      | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Fósforo             | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P40        | 0.7 a 25.3 mg/dL    | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Potasio             | Potenciométrico      | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P53        | 1.0 a 10.0 mEq/L.   | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Sodio               | Potenciométrico      | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P53        | 100 a 200 mEq/L     | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Úrico               | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P56        | 1.0 a 33.1 mg/dL    | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Proteína C Reactiva | Inmunoturbidimetrico | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P56        | 0.10 a 48.00 mg/dL  | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Transferrina        | Inmunoturbidimetrico | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P38        | 19- 550 mg/dL       | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Plasma fluoruro/ Suero        | Glucosa             | Espectrofotométrico  | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P55        | 5 a 800 mg/dL       | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA |                       |                                          |                              |                           |                     |                    |                    |                      |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN     | MÉTODO                                   |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                               |                       | Técnica de Medición                      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                     |                    |                    |                      |
| Orina                         | Albuminuria           | Inmunoturbidimétrico                     | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P04        | 5-2000 mg/dL        | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Creatinuria           | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P99        | 5.00 a 740.00 mg/dL | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Proteinuria           | Turbidimétrica con Cloruro de Bencetonio | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P59        | 0.8 a 2000 mg/dL    | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | HbA1c                 | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P43        | 4.0 a 14.0 %        | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Amilasa               | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P58        | 4 a 6554 U/L        | Otorgamiento       | 05/02/21           | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Amilasa Pancreática   | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 01R04        | 2 a 2200 U/L        | Otorgamiento       | 05/02/21           | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | CK                    | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P42        | 7 a 4267 U/L        | Otorgamiento       | 05/02/21           | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | LDH                   | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 07P74        | 30 a 4500 U/L       | Otorgamiento       | 05/02/21           | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                         | Creatinina enzimática | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P01        | 0,10 a 40,00 mg/dL  | Otorgamiento       | 05/02/21           | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Creatinina enzimática | Espectrofotométrico                      | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P01        | 2,50 a 400 mg/dL    | Otorgamiento       | 05/02/21           | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGÍA |                                     |                                      |                              |                                                   |                     |                    |                    |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN                   | MÉTODO                               |                              |                                                   | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                |                                     | Técnica de Medición                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                         |                     |                    |                    |                      |
| Sangre Entera con EDTA         | WBC (Recuento de Glóbulos Blancos)  | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0.03-440            | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | RBC (Recuento de Glóbulos Rojos)    | Impedancia con enfoque hidrodinámico | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,01-8,60           | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Hemoglobina                         | SLS Hemoglobina                      | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,1-26,0            | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Hematocrito                         | Altura de pulso acumulado            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,1-75,0            | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Volumen corpuscular medio (VCM)     | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | NA                  | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Hemoglobina corpuscular media (MCH) | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | NA                  | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Concentración de hemoglobina        | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for      | NA                  | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGÍA |                                                         |                                      |                              |                                                   |                                      |                    |                    |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN                                       | MÉTODO                               |                              |                                                   | RANGO DE APLICACIÓN                  | MODIFICACIÓN       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                |                                                         | Técnica de Medición                  | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                         |                                      |                    |                    |                      |
|                                | corpuscular media (MCHC)                                |                                      |                              | use)                                              |                                      |                    |                    |                      |
| Sangre Entera con EDTA         | Plaquetas                                               | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 2-5000                               | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Plaquetas                                               | Impedancia con enfoque hidrodinámico | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 2-5000                               | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Volumen Plaquetario Medio (MPV)                         | Calculado                            | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | NA                                   | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Amplitud de Distribución Eritocitaria (RDW-CV y RDW-SD) | RDW-CV RDW-SD Calculado              | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | NA                                   | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Neutrófilos                                             | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,03-440 x10 <sup>3</sup> /μL 0-100% | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Linfocitos                                              | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,03-440 x10 <sup>3</sup> /μL 0-100% | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Monocitos                                               | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,03-440 x10 <sup>3</sup> /μL 0-100% | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Eosinófilos                                             | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,03-440 x10 <sup>3</sup> /μL 0-100% | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Sangre Entera con EDTA         | Basófilos                                               | Citometría de flujo con fluorescente | Automatizado                 | XN series (XN-3000/XN-3100) Instructions for use) | 0,03-440 x10 <sup>3</sup> /μL 0-100% | Se modifica equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA |                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                 |                    |                      |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                 | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                   | RANGO DE APLICACIÓN                                                                                                                                      | MODIFICACIÓN                    | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                  |                   | Técnica de Medición                                                                                                                            | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                 |                    |                      |
| Orina                            | Urocultivo        | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual o automatizada (Panel 51, 55 o 33), Antibiograma manual o automatizado (Panel 51, 55 o 33) | Manual/Automatizado          | ITTEC68- Procesamiento de Urocultivos versión 9 (Paneles: PM33, PC33, NM44 y NC66) (Walk Away Plus serie 9630051) | No desarrolla bacterias / Para recuentos bacterianos ≥ 10 <sup>4</sup> por ml de orina, desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica. | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado Nasal     | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual, Antibiograma manual                                                                       | Manual/Automatizado          | ITTEC69- Procesamiento Exudado Nasal versión 03                                                                   | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad                                                                       | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA     |                     |                                                                                          |                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                 |                    |                      |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                     | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO                                                                                   |                              |                                                                                                                                               | RANGO DE APLICACIÓN                                                                             | MODIFICACIÓN                    | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                      |                     | Técnica de Medición                                                                      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                     |                                                                                                 |                                 |                    |                      |
|                                      |                     |                                                                                          |                              |                                                                                                                                               | antibiótica.                                                                                    |                                 |                    |                      |
| Hisopo con medio de transporte       | Exudado ótico       | Cultivo Manual, Tinción Gram. Identificación manual Antibiograma manual                  | Manual/Automatizado          | ITTEC79-Procesamiento Exudado Ótico versión 05                                                                                                | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica. | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo con medio de transporte       | Exudado Faríngeo    | Cultivo Manual, Aglutinación Látex Grupo Streptococo Identificación Manual, Antibiograma | Manual                       | ITTEC76-Procesamiento Exudado Faríngeo Versión 03                                                                                             | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica. | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo con medio de transporte       | Exudado conjuntival | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual Antibiograma manual                  | Manual/Automatizado          | ITTEC82-Procesamiento Exudado Conjuntival Versión 04                                                                                          | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica. | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                                | Urocultivo          | Cultivo                                                                                  | Manual/Automatizado          | Nefelometría laser: Alfred 60AST serie A60302W-AST IT TEC68 v09                                                                               | Crecimiento                                                                                     | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                                | Urocultivo          | Tinción de Gram                                                                          | Manual                       | ITTEC 66 v03                                                                                                                                  | Gram +/-Gram – Morfología                                                                       | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                                | Urocultivo          | Identificación                                                                           | Manual/Automatizado          | Colorimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33 y NC66) Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515 ITTEC68 v09 | Identificación Bacteriana                                                                       | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                                | Urocultivo          | Sensibilidad                                                                             | Manual/Automatizado          | Microdilución Turbidimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33, PM33,NC66 y NM44) IT TEC68 v09                                         | Sensibilidad                                                                                    | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Nasal con medio de transporte | Exudado Nasal       | Cultivo                                                                                  | Manual                       | ITTEC69 v03                                                                                                                                   | Aislamiento                                                                                     | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Nasal con medio de transporte | Exudado Nasal       | Tinción de Gram                                                                          | Manual                       | ITTEC66 v03                                                                                                                                   | Gram +/-Gram – Morfología                                                                       | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Nasal con medio de transporte | Exudado Nasal       | Identificación                                                                           | Manual/Automatizado          | Colorimetría: Walk Away Plus serie 9630051                                                                                                    | Identificación Bacteriana                                                                       | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |



| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA           |                     |                     |                              |                                                                                                                                               |                           |                                 |                    |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                           | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                               | RANGO DE APLICACIÓN       | MODIFICACIÓN                    | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                            |                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                     |                           |                                 |                    |                      |
|                                            |                     |                     |                              | (Panel PC33) Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515 ITTEC69 v03                                                   |                           |                                 |                    |                      |
| Hisopo Nasal con medio de transporte       | Exudado Nasal       | Sensibilidad        | Manual/Automatizado          | Microdilución Turbidimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33 y PM33) ITTEC69 v03                                                     | Sensibilidad              | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Faríngeo con medio de transporte    | Exudado faríngeo    | Cultivo             | Manual                       | ITTEC76 v03                                                                                                                                   | Aislamiento               | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Faríngeo con medio de transporte    | Exudado faríngeo    | Identificación      | Manual/Automatizado          | ITTEC76 v03 Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515                                                                | Identificación Bacteriana | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Otico       | Cultivo             | Manual                       | ITTEC79 v05                                                                                                                                   | Aislamiento               | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Otico       | Tinción de Gram     | Manual                       | ITTEC66 v03                                                                                                                                   | Gram +/Gram – Morfología  | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Otico       | Identificación      | Manual/Automatizado          | Colorimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33 y NC66) Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515 ITTEC79 v05 | Identificación Bacteriana | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Otico       | Sensibilidad        | Manual/Automatizado          | Microdilución Turbidimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33, PM33, NM44 y NC66) ITTEC79 v05                                         | Sensibilidad              | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo conjuntival con medio de transporte | Exudado Conjuntival | Cultivo             | Manual                       | ITTEC82 v04 Aislamiento                                                                                                                       | 420                       | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo conjuntival con medio de transporte | Exudado Conjuntival | Tinción de Gram     | Manual                       | ITTEC66 v03 Gram +/Gram – Morfología                                                                                                          | 420                       | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Hisopo                                     | Exudado             | Identificación      | Manual/Auto                  | Colorimetría:                                                                                                                                 | Identificación            | Se actualiza                    | 05/02/2021         | 11/05/2023           |



| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA           |                     |                     |                              |                                                                                                                         |                           |                                 |                    |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                           | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO              |                              |                                                                                                                         | RANGO DE APLICACIÓN       | MODIFICACIÓN                    | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                            |                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                               |                           |                                 |                    |                      |
| conjuntival con medio de transporte        | Conjuntival         |                     | matizado                     | Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33) Espectometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515 ITTEC82 v04 | Bacteriana                | versión del método              |                    | CANCELADO            |
| Hisopo conjuntival con medio de transporte | Exudado Conjuntival | Antibiograma        | Manual/Auto matizado         | Microdilución Turbidimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (PC33 y PM33) ITTEC82 v04                                     | Identificación Bacteriana | Se actualiza versión del método | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMOSTASIS |                            |                     |                              |                                                      |                     |                    |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN          | MÉTODO              |                              |                                                      | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                               |                            | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                            |                     |                    |                    |                      |
| Plasma con citrato            | APTT                       | Coagulométrico      | Automatizado                 | HemosIL APTT-SP (liquid) ACL Top 350 CTS SN 17060654 | 16,0-500,0 s        | Sin modificaciones | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Plasma con citrato            | TP (Tiempo de Protrombina) | Coagulométrico      | Automatizado                 | HemosIL recombiplastin 2G ACL Top 350 CTS SN17060654 | 8-320 s             | Sin modificaciones | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Plasma con citrato            | Fibrinógeno derivado       | Calculado           | Automatizado                 | HemosIL recombiplastin 2G ACL Top 350 CTS SN17060654 | 60-700 mg/dL        | Sin modificaciones | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: INMUNOLOGÍA |                               |                                   |                                         |                                  |                              |                       |                    |                      |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN             | MÉTODO                            |                                         |                                  | RANGO DE APLICACIÓN          | MODIFICACIÓN          | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                |                               | Técnica de Medición               | Tipo (Manual o Automatizado)            | Identificación del Método        |                              |                       |                    |                      |
| Suero                          | TSH                           | Quimiluminiscencia CMIA           | Automatizado                            | Alinity Ref: 07P48               | 0,0083–100000 uIU/mL         | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                          | T4 libre                      | Quimiluminiscencia CMIA           | Automatizado                            | Alinity Ref: 07P70               | 0,42 – 5,00 ng/dL            | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                          | PSA total                     | Quimiluminiscencia CMIA           | Automatizado                            | Alinity Ref: 07P92               | 0,025 – 100 ng/mL            | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                          | Anticuerpos Anti treponémicos | Quimiluminiscencia CMIA           | Automatizado                            | Alinity Ref: 07P60               | Reactivo/No Reactivo Cut off | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                          | RPR                           | Aglutinación partículas de Carbón | Manual                                  | Immutrep RPR (Omega diagnostics) | Título                       | Sin modificaciones    | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                          | BHCG                          | Quimiluminiscencia CMIA           | Automatizada/ Architect ci8200 SN 31286 | Alinity Ref: 7P51                | 1,2 a 225000 mIU/mL          | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                          | Ferritina                     | Quimiluminiscencia                | Automatizada/                           | Alinity Ref:                     | 1 a 40000                    | Se modifica el        | 05/02/2021         | 11/05/2023           |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: INMUNOLOGÍA |                   |                                   |                              |                           |                     |              |                    |                      |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                            |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                |                   | Técnica de Medición               | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                     |              |                    |                      |
|                                |                   | CMIA                              | Architect ci8200 SN 100      | 7P65                      | ng/ml               | equipo       |                    | CANCELADO            |
| Suero                          | RPR               | Aglutinación partículas de Carbón | Manual                       | VEDA LAB                  | Título              | Otorgamiento | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: SEROLOGÍA |                   |                         |                              |                           |                       |                       |                    |                      |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ             | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                  |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN   | MODIFICACIÓN          | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                              |                   | Técnica de Medición     | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                       |                       |                    |                      |
| Suero                        | HCV               | Quimiluminiscencia CMIA | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P06        | Reactivo/N o reactivo | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                        | HIV               | Quimiluminiscencia CMIA | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P07        | Reactivo/N o reactivo | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Suero                        | HBsAg             | Quimiluminiscencia CMIA | Automatizado                 | Alinity Ref: 08P10        | Reactivo/N o reactivo | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                   |                     |                              |                                                                  |                                                     |                       |                    |                      |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                                                                  | RANGO DE APLICACIÓN                                 | MODIFICACIÓN          | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                               |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                        |                                                     |                       |                    |                      |
| Orina                         | Leucocitos        | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No Contiene a 500 células/uL                        | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Nitritos          | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No contiene-Positivo                                | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Urobilinógeno     | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 0,2 a ≥8,0 E.U./dL                                  | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Proteína          | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No Contiene a ≥1000mg/dL Mayor o igual a 1000 mg/dl | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | pH                | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 5 a ≥9                                              | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Hemoglobina       | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No contiene a 200eri/uL                             | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Densidad          | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | ≤1005 a ≥1030                                       | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Cetonas           | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No Contiene a ≥160 mg/dL                            | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Bilirrubina       | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer                 | No Contiene a Alto                                  | Se modifica el equipo | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                                       |                     |                              |                                                                  |                                                                                     |                                  |                    |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN                     | MÉTODO              |                              |                                                                  | RANGO DE APLICACIÓN                                                                 | MODIFICACIÓN                     | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                               |                                       | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                        |                                                                                     |                                  |                    |                      |
|                               |                                       |                     |                              | 10697763 Rev. D                                                  |                                                                                     |                                  |                    |                      |
| Orina                         | Glucosa                               | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No contiene a $\geq 1000$ mg/dL                                                     | Se modifica el equipo            | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Creatinina                            | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 10 mg/dL a $\geq 300$ mg/dL                                                         | Se modifica el equipo            | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Albúmina                              | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 10 a 150 mg/L                                                                       | Se modifica el equipo            | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Albúmina/Creatinina                   | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | Normal a $\geq 300$ mg/g                                                            | Se modifica el equipo            | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Proteína/Creatinina                   | Reflectancia        | Automatizado                 | Atellica 1500 Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | Normal a $\geq 1500$ mg/g                                                           | Se modifica el equipo            | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Cilindros HIAL/CIL no CLAS            | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004        | Ausencia / Presencia                                                                | Se modifica el equipo y el rango | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Leucocitos LEU                        | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004        | Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes / Campo Cubierto | Se modifica el equipo y el rango | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Hematíes HEM                          | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004        | Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes / Campo Cubierto | Se modifica el equipo y el rango | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Células epiteliales escamosas EPES    | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004        | Ausencias / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes      | Se modifica el equipo y el rango | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Células epiteliales no escamosas EPNE | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004        | Ausencia / Presencia                                                                | Se modifica el equipo y el rango | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |
| Orina                         | Cristales CRIS                        | Microscopia         | Manual / Automatizado        | Atellica 1500 / Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004        | Ausencia / Escasos / Algunos / Regular Cantidad / Abundantes / Muy Abundantes       | Se modifica el equipo y el rango | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: PARASITOLOGÍA |                   |                     |                              |                           |                     |              |                    |               |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|
| MUESTRA / MATRIZ                 | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ |
|                                  |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                     |              |                    |               |
|                                  |                   | Hemoaglutinación    |                              | TPHA Test                 | Reactivo/No         | Sin          | 05/02/2021         | 11/05/2023    |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: PARASITOLOGÍA |                   |                               |                              |                                        |                      |                    |                    |                      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                 | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                        |                              |                                        | RANGO DE APLICACIÓN  | MODIFICACIÓN       | FECHA OTORGAMIENTO | FECHA VALIDEZ        |
|                                  |                   | Técnica de Medición           | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método              |                      |                    |                    |                      |
| Suero                            | TPHA              | en placa                      | Manual                       | (Biorad)                               | Reactivo             | modificaciones     |                    | CANCELADO            |
| Suero                            | FTA-Abs           | Inmunofluorescencia Indirecta | Manual                       | Inmunofluor FTA-Abs (Biocientífica SA) | Reactivo/No Reactivo | Sin modificaciones | 05/02/2021         | 11/05/2023 CANCELADO |

| Centros de extracción de muestras incluidos en el alcance |
|-----------------------------------------------------------|
| Medicina Personalizada                                    |
| COSEM                                                     |
| SEMM DIAGMED                                              |

### Alcance NO VIGENTE

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA |                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                       |                       |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                 | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                                                                                                                                         |                              |                                                                                                 | RANGO DE APLICACIÓN                                                                                                                                | MODIFICACIÓN                                                          | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                                  |                   | Técnica de Medición                                                                                                                            | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                       |                       |                  |
| Orina                            | Urocultivo        | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual o automatizada (Panel 51, 55 o 33), Antibiograma manual o automatizado (Panel 51, 55 o 33) | Manual/Automatizado o        | ITTEC68- Procesamiento de Urocultivos versión 08 (Panel 33 y 66) (Walk Away Plus serie 9630051) | No desarrolla bacterias / Para recuentos bacterianos $\geq 10^4$ por ml de orina, desarrollo de tipo de microorganismo y sensibilidad antibiótica. | REACREDITACION                                                        | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado Nasal     | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual, Antibiograma manual                                                                       | Manual/Automatizado          | ITTEC69- Procesamiento Exudado Nasal versión 01 (Panel 33) (Walk Away Plus serie 9630051)       | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica.                                                    | REACREDITACION                                                        | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado Nasal     | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual, Antibiograma manual                                                                       | Manual/Automatizado          | ITTEC69- Procesamiento Exudado Nasal versión 02                                                 | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica.                                                    | Se eliminó del método los paneles y el equipo                         | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado ótico     | Cultivo Manual, Tinción Gram. Identificación manual Antibiograma manual                                                                        | Manual/Automatizado          | ITTEC79- Procesamiento Exudado Oótico versión 03 (Panel 33 y 66) (Walk Away Plus serie 9630051) | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica.                                                    | REACREDITACION                                                        | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Hisopo con medio de transporte   | Exudado ótico     | Cultivo Manual, Tinción Gram. Identificación manual                                                                                            | Manual/Automatizado          | ITTEC79- Procesamiento Exudado Oótico versión 04                                                | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de                                                                                                  | Se eliminó del método los paneles y el equipo. Se modificó versión de | 22/05/19              | 05/02/2021       |

**ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA**

| MUESTRA / MATRIZ                     | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO                                                                                   |                              |                                                                                                                                                  | RANGO DE APLICACIÓN                                                                             | MODIFICACIÓN                                  | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                      |                     | Técnica de Medición                                                                      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                        |                                                                                                 |                                               |                       |                  |
|                                      |                     | Antibiograma manual                                                                      |                              |                                                                                                                                                  | tipo de organismo y sensibilidad antibiótica.                                                   | método.                                       |                       |                  |
| Hisopo con medio de transporte       | Exudado Faríngeo    | Cultivo Manual, Aglutinación Látex Grupo Streptococo Identificación Manual, Antibiograma | Manual                       | ITTEC76- Procesamiento Exudado Faríngeo Versión 02 (Walk Away Plus serie 9630051)                                                                | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica. | REACREDITACION                                | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Hisopo con medio de transporte       | Exudado Faríngeo    | Cultivo Manual, Aglutinación Látex Grupo Streptococo Identificación Manual, Antibiograma | Manual                       | ITTEC76- Procesamiento Exudado Faríngeo Versión 02                                                                                               | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica. | Se eliminó el equipo                          | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Hisopo con medio de transporte       | Exudado conjuntival | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual Antibiograma manual                  | Manual/Automatizado          | ITTEC82- Procesamiento Exudado Conjuntival Versión03 (Panel 33 y 66) (Walk Away Plus serie 9630051)                                              | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica. | REACREDITACION                                | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Hisopo con medio de transporte       | Exudado conjuntival | Cultivo Manual, Tinción Gram, Identificación manual Antibiograma manual                  | Manual/Automatizado          | ITTEC82- Procesamiento Exudado Conjuntival Versión03                                                                                             | No desarrolla bacterias patógenas / Desarrollo de tipo de organismo y sensibilidad antibiótica. | Se eliminó del método los paneles y el equipo | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Orina                                | Urocultivo          | Cultivo                                                                                  | Manual/Automatizado          | Nefelometría laser: Alfred 60AST serie A60302W-AST IT TEC68 v08                                                                                  | Crecimiento                                                                                     | Otorgamiento                                  | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Orina                                | Urocultivo          | Tinción de Gram                                                                          | Manual                       | ITTEC 66 v02                                                                                                                                     | Gram +/-Gram – Morfología                                                                       | Otorgamiento                                  | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Orina                                | Urocultivo          | Identificación                                                                           | Manual/Automatizado          | Colorimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33 y NC66)<br>Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515 ITTEC68 v08 | Identificación Bacteriana                                                                       | Otorgamiento                                  | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Orina                                | Urocultivo          | Sensibilidad                                                                             | Manual/Automatizado          | Microdilución Turbidimetría:Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33, PM33,NC66 y NM44) IT TEC68 v08                                             | Sensibilidad                                                                                    | Otorgamiento                                  | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Hisopo Nasal con medio de transporte | Exudado Nasal       | Cultivo                                                                                  | Manual                       | ITTEC69 v02                                                                                                                                      | Aislamiento                                                                                     | Otorgamiento                                  | 22/05/19              | 05/02/2021       |

**ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA**

| MUESTRA / MATRIZ                           | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                                     | RANGO DE APLICACIÓN       | MODIFICACIÓN | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------------|
|                                            |                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                           |                           |              |                        |                  |
| Hisopo Nasal con medio de transporte       | Exudado Nasal       | Tinción de Gram     | Manual                       | ITTEC66 v02                                                                                                                                         | Gram +/Gram – Morfología  | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Nasal con medio de transporte       | Exudado Nasal       | Identificación      | Manual/Automatizado          | Colorimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33)<br>Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515<br>ITTEC69 v02        | Identificación Bacteriana | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Nasal con medio de transporte       | Exudado Nasal       | Sensibilidad        | Manual/Automatizado          | Microdilución Turbidimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33 y PM33)<br>ITTEC69 v02                                                        | Sensibilidad              | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Faríngeo con medio de transporte    | Exudado faríngeo    | Cultivo             | Manual                       | ITTEC76 v02                                                                                                                                         | Aislamiento               | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Faríngeo con medio de transporte    | Exudado faríngeo    | Identificación      | Manual/Automatizado          | ITTEC76 v02<br>Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515                                                                   | Identificación Bacteriana | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Ótico       | Cultivo             | Manual                       | ITTEC79 v04                                                                                                                                         | Aislamiento               | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Ótico       | Tinción de Gram     | Manual                       | ITTEC66 v02                                                                                                                                         | Gram +/Gram – Morfología  | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Ótico       | Identificación      | Manual/Automatizado          | Colorimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33 y NC66)<br>Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515<br>ITTEC79 v04 | Identificación Bacteriana | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo Ótico con medio de transporte       | Exudado Ótico       | Sensibilidad        | Manual/Automatizado          | Microdilución Turbidimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33, PM33, NM44 y NC66)<br>ITTEC79 v04                                            | Sensibilidad              | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo conjuntival con medio de transporte | Exudado Conjuntival | Cultivo             | Manual                       | ITTEC82 v02<br>Aislamiento                                                                                                                          | 420                       | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo conjuntival con medio               | Exudado Conjuntival | Tinción de Gram     | Manual                       | ITTEC66 v02<br>Gram +/Gram – Morfología                                                                                                             | 420                       | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |

**ÁREA/ESPECIALIDAD: BACTERIOLOGÍA**

| MUESTRA / MATRIZ                           | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO              |                              |                                                                                                                                               | RANGO DE APLICACIÓN       | MODIFICACIÓN | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------------|
|                                            |                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                                                     |                           |              |                        |                  |
| de transporte                              |                     |                     |                              |                                                                                                                                               |                           |              |                        |                  |
| Hisopo conjuntival con medio de transporte | Exudado Conjuntival | Identificación      | Manual/Automatizado          | Colorimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (Panel PC33)<br><br>Espectrometría de Masa: Maldi Biotyper Compass serie 8269944.03515 ITTEC82 v02 | Identificación Bacteriana | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |
| Hisopo conjuntival con medio de transporte | Exudado Conjuntival | Antibiograma        | Manual/Automatizado          | Microdilución Turbidimetría: Walk Away Plus serie 9630051 (PC33 y PM33) ITTEC82 v03                                                           | Identificación Bacteriana | Otorgamiento | 22/05/19               | 05/02/2021       |

**ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUÍMICA**

| MUESTRA A / MATRIZ | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                                                                                                     | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|
|                    |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                           |                     |                |                        |                  |
| Suero              | Colesterol Total  | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Colesterol oxidasa, esterasa, peroxidasa (Architect ci8200 2 equipos: SN 31286 y SN 44910 REF:7D62) | 6,2-705 mg/dL       | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero              | Urea              | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Ureasa UV (Architect ci8200 2 equipos/ SN 44910 y SN 31286/ /REF:7D75)                              | 4,28-1338 mg/dL     | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero              | AST               | Espectrofotométrico | Automatizado                 | UV-sin P5P 37°C (Architect ci8200/ 2 equipos/ SN 44910/ y SN 31286 /REF:7D81)                       | 2,2-913 UI/L        | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero              | ALT               | Espectrofotométrico | Automatizado                 | UV-sin P5P 37°C (Architect ci8200/ 2 equipos: SN 31286 y SN 44910 /REF:7D56)                        | 5,1-4710 UI/L       | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero              | GGT               | Espectrofotométrico | Automatizado                 | G-Glutamil-carboxi-nitroanilada/37°C (Architect ci8200 2 equipos: SN 31286 y / SN 44910/ REF:7D65)  | 4,0-1543 UI/L       | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero              | FAL               | Espectrofotométrico | Automatizado                 | PNPP, Tampón AMP 37°C (Architect ci8200/2 equipos: SN 31286 y SN 44910/                             | 5-2200 U/L          | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |



| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUIMICA |                     |                     |                              |                                                                                                  |                     |                |                       |                  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO              |                              |                                                                                                  | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                               |                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                        |                     |                |                       |                  |
|                               |                     |                     |                              | REF:7D55)                                                                                        |                     |                |                       |                  |
| Suero                         | Triglicéridos       | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Enzimático punto final (Architect ci82002 equipos: SN 31286 y /SN 44910/ REF:7D74)               | 6,2-1420 mg/dL      | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | HDL Colesterol      | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Método directo-Polímero de Polianión (Architect ci82002 equipos: SN 31286 y /SN 44910/ REF:3K33) | 5-180 mg/dL         | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Albumina            | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Verde de Bromocresol (Architect ci82002 equipos: SN 31286 y /SN 44910 / REF:7D53)                | 0,4-10,5 g/dL       | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Proteínas totales   | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Biuret, sin blanco, punto final (Architect ci82002 equipos: SN 31286 y SN 44910 /REF:7D73)       | 0,76-18,4 g/dL      | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Bilirrubina directa | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Diazotación (Architect ci8200/2 equipos: SN 31286 y SN 44910 /REF:8G63)                          | 0,1-15,0 mg/dL      | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Bilirrubina total   | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Diazotación (Architect ci8200 serie 31286 y 44910 (REF: 7P32))                                   | 0,1-25,0 mg/dL      | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Calcio Total        | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Arsenazo III (Architect ci8200/ SN 44910/REF:3L79)                                               | 2,0-24,0 mg/dL      | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Creatinina          | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Picrato alcalino cinético (Architect ci8200 2 equipos: SN 31286 y /SN 44910/ REF:3L81)           | 0,2-37,0 mg/dL      | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Plasma fluoruro               | Glucosa             | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Hexoquinasa (Architect ci8200 2 equipos: SN 31286 y / SN 44910 /REF:3L82)                        | 5-800 mg/dL         | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Hierro              | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Ferene (Architect ci8200/SN 44910 / REF: 6K95)                                                   | 5-1000 ug/dL        | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Fósforo             | Espectrofotométrico | Automatizado                 | Fosfomolibdato-UV (Architect ci8200/SN 44910 / REF:7D71)                                         | 0,62-25,3 mg/dL     | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                         | Potasio             | Potenciométrico     | Automatizado                 | ISE Indirecto (Architect ci8200/2 equipos: SN 31286 y SN 44910 /REF:2P32)                        | 1,0-10 mEq/L        | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: BIOQUIMICA |                   |                                          |                                        |                                                                                   |                     |                |                        |                  |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                                   |                                        |                                                                                   | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición                      | Tipo (Manual o Automatizado)           | Identificación del Método                                                         |                     |                |                        |                  |
| Suero                         | Sodio             | Potenciométrico                          | Automatizado                           | ISE Indirecto (Architect ci82002 equipos: SN 31286 y / SN 44910 /REF:2P32)        | 100-200 mEq/L       | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero                         | Úrico             | Espectrofotométrico                      | Automatizado                           | Uricasa colorimétrico (Architect ci8200/2 equipos: SN 31286 y SN 44910 /REF:3P39) | 1,0-33,1 mg/dL      | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Sangre entera EDTA            | HbA1C             | HPLC                                     | Automatizado                           | HbA1c Kit 2.0 Variant II turbo SN 12057                                           | 3,5-19%             | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero                         | Etanol            | Alcohol deshidrogenasa                   | Automatizado                           | Architect ci8200: SN 31286 /REF:3L36)                                             | 0,1 a 6,0 g/L       | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero                         | PCR               | Inmunoturbidimétrico                     | Automatizada/ Architect ci8200 SN 100  | 6K26 serie SN 44910                                                               | 0.02 a 160.00 mg/dL | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero                         | Transferrina      | Inmunoturbidimétrico                     | Automatizada/ Architect ci8200 SN 100  | 1E04 serie SN 44910                                                               | 19 a 1110 mg/dL     | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Orina                         | Albuminuria       | Inmunoturbidimétrico                     | Automatizada/ Architect ci8200 SN 100  | 2K98 serie SN 44910                                                               | 5-2000 mg/L         | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Orina                         | Proteinuria       | Turbidimétrica con Cloruro de Bencetonio | Automatizada/ Architect ci8200 SN 100/ | 7D79 serie SN 44910                                                               | 6.8 a 2000 mg/dL    | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Orina                         | Creatinuria       | Picrato Alcalino Cinético                | Automatizada/ Architect ci8200 SN 100  | 3L81 serie SN 44910                                                               | 0.25 a 740 mg/dL    | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMATOLOGIA |                                    |                     |                              |                                                                                                                     |                                                                 |                                          |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ               | ANÁLISIS / EXÁMEN                  | MÉTODO              |                              |                                                                                                                     | RANGO DE APLICACIÓN                                             | MODIFICACIÓN                             | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                                |                                    | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                                                                           |                                                                 |                                          |                        |                  |
| Sangre con EDTA                | RBC (Recuento de Glóbulos Rojos)   | Citometría de Flujo | Automatizado                 | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6 System Operator's Manual 9140547C- December 2008                  | 0 - 7,50 x10 <sup>6</sup> cantidad de glóbulos rojos / $\mu$ L  | REACREDITACION                           | 11/05/2018             | 01/10/2018       |
| Sangre con EDTA                | RBC (Recuento de Glóbulos Rojos)   | Citometría de Flujo | Automatizado                 | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6 System Operator's Manual 9140547C- December 2008                               | 0 - 7,50 x10 <sup>6</sup> cantidad de glóbulos rojos / $\mu$ L  | Reducción del equipo CELL DYN SN 35067B6 | 01/10/2018             | 04/10/2018       |
| Sangre con EDTA                | RBC (Recuento de Glóbulos Rojos)   | Citometría de Flujo | Automatizado                 | Cell Dyn/ 2 Equipos: SN 35338BG y SN 70563BG Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4- Abril 2009 | 0 - 7,50 x10 <sup>6</sup> cantidad de glóbulos rojos / $\mu$ L  | Alta CELL DYN SN 70563BG                 | 04/10/2018             | 05/02/2021       |
| Sangre con EDTA                | WBC (Recuento de Glóbulos Blancos) | Citometría de Flujo | Automatizado                 | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6                                                                   | 0 - 246 x10 <sup>3</sup> cantidad de glóbulos blancos / $\mu$ L | REACREDITACION                           | 11/05/2018             | 01/10/2018       |

|                 |                                       |                                           |              |                                                                                                                           |                                                               |                                             |            |            |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|                 |                                       |                                           |              | System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                                                                    |                                                               |                                             |            |            |
| Sangre con EDTA | WBC<br>(Recuento de Glóbulos Blancos) | Citometría de Flujo                       | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                        | 0 - 246 x10 <sup>3</sup><br>cantidad de glóbulos blancos / µL | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN 35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | WBC<br>(Recuento de Glóbulos Blancos) | Citometría de Flujo                       | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos: SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0 - 246 x10 <sup>3</sup><br>cantidad de glóbulos blancos / µL | Alta CELL DYN SN 70563BG                    | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | HGB<br>(Hemoglobina)                  | Absorción de Luz a 540nm.<br>Colorimetría | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008           | 0,0 – 25,0 g/dL                                               | REACREDITACION                              | 11/05/2018 | 01/10/2018 |
| Sangre con EDTA | HGB<br>(Hemoglobina)                  | Absorción de Luz a 540nm.<br>Colorimetría | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6<br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                            | 0,0 – 25,0 g/dL                                               | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN 35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | HGB<br>(Hemoglobina)                  | Absorción de Luz a 540nm.<br>Colorimetría | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos: SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0,0 – 25,0 g/dL                                               | Alta CELL DYN SN 70563BG                    | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | PLT<br>(Recuento de Plaquetario)      | Citometría de Flujo                       | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008           | 0 – 3000 x10 <sup>3</sup><br>cantidad de plaquetas / µL       | REACREDITACION                              | 11/05/2018 | 01/10/2018 |
| Sangre con EDTA | PLT<br>(Recuento de Plaquetario)      | Citometría de Flujo                       | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6<br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                            | 0 – 3000 x10 <sup>3</sup><br>cantidad de plaquetas / µL       | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN 35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | PLT<br>(Recuento de Plaquetario)      | Citometría de Flujo                       | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos: SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0 – 3000 x10 <sup>3</sup><br>cantidad de plaquetas / µL       | Alta CELL DYN SN 70563BG                    | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | VCM<br>(Volumen Corpuscular medio)    | Óptica                                    | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6<br><br>System Operator's Manual                                         | 58-139 fL                                                     | REACREDITACION                              | 11/05/2018 | 01/10/2018 |

|                 |                                    |           |              |                                                                                                                              |                  |                                             |            |            |
|-----------------|------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|                 |                                    |           |              | 9140547C-<br>December 2008                                                                                                   |                  |                                             |            |            |
| Sangre con EDTA | VCM<br>(Volumen Corpuscular medio) | Óptica    | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2<br>equipos: SN 35338B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                        | 58-139 fL        | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN 35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | VCM<br>(Volumen Corpuscular medio) | Óptica    | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos:<br>SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 58-139 fL        | Alta CELL DYN SN 70563BG                    | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | Hematocrito                        | Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2<br>equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008           | 0 – 72 % v/v     | REACREDITACION                              | 11/05/2018 | 01/10/2018 |
| Sangre con EDTA | Hematocrito                        | Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2<br>equipos: SN 35338B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                        | 0 – 72 % v/v     | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN 35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | Hematocrito                        | Calculado | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos:<br>SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0 – 72 % v/v     | Alta CELL DYN SN 70563BG                    | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | MPV<br>(Volumen Plaquetario Medio) | Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2<br>equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008           | 0,0 – 17,2 fL    | REACREDITACION                              | 11/05/2018 | 01/10/2018 |
| Sangre con EDTA | MPV<br>(Volumen Plaquetario Medio) | Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2<br>equipos: SN 35338B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                        | 0,0 – 17,2 fL    | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN 35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | MPV<br>(Volumen Plaquetario Medio) | Calculado | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos:<br>SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0,0 – 17,2 fL    | Alta CELL DYN SN 70563BG                    | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | RDW<br>(Amplitud de Distribución)  | Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2<br>equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6                                                                         | 0,0 – 29,8 % v/v | REACREDITACION                              | 11/05/2018 | 01/10/2018 |

|                 |                                                     |                    |              |                                                                                                                           |                     |                                                |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
|                 | Eritocitaria)                                       |                    |              | System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                                                                    |                     |                                                |            |            |
| Sangre con EDTA | RDW (Amplitud de Distribución Eritocitaria)         | Calculado          | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                        | 0,0 – 29,8 %<br>v/v | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN<br>35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | RDW (Amplitud de Distribución Eritocitaria)         | Calculado          | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos: SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0,0 – 29,8 %<br>v/v | Alta CELL DYN SN 70563BG                       | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | MCH, Hemoglobina corpuscular media                  | Optica y Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008           | 0-45 pg             | REACREDITACION                                 | 11/05/2018 | 01/10/2018 |
| Sangre con EDTA | MCH, Hemoglobina corpuscular media                  | Optica y Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby /2 equipos: SN 35338B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                        | 0-45 pg             | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN<br>35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | MCH, Hemoglobina corpuscular media                  | Optica y Calculado | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos: SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0-45 pg             | Alta CELL DYN SN 70563BG                       | 04/10/2018 | 05/02/2021 |
| Sangre con EDTA | MCHC concentración de hemoglobina corpuscular media | Optica y Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby/2 equipos: SN 35338B6 y SN 35067B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008            | 0-50 g/dL           | REACREDITACION                                 | 11/05/2018 | 01/10/2018 |
| Sangre con EDTA | MCHC concentración de hemoglobina corpuscular media | Optica y Calculado | Automatizado | Cell Dyn Ruby/2 equipos: SN 35338B6<br><br>System Operator's Manual<br>9140547C-<br>December 2008                         | 0-50 g/dL           | Reducción del equipo<br>CELL DYN SN<br>35067B6 | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
| Sangre con EDTA | MCHC concentración de hemoglobina corpuscular media | Optica y Calculado | Automatizado | Cell Dyn/ 2 Equipos: SN 35338BG y SN 70563BG<br>Manual de operaciones del sistema Cell Dyn Ruby 48-1988/R4-<br>Abril 2009 | 0-50 g/dL           | Alta CELL DYN SN 70563BG                       | 04/10/2018 | 05/02/2021 |

**ÁREA/ESPECIALIDAD: HEMOSTASIS**

| MUESTRA | ANÁLISIS / | MÉTODO | RANGO DE | MODIFICACIÓN | FECHA DE | FECHA |
|---------|------------|--------|----------|--------------|----------|-------|
|---------|------------|--------|----------|--------------|----------|-------|

| / MATRIZ           | EXÁMEN                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                 | APLICACIÓN   |                | OTORGA-MIENTO | DE VALIDEZ |
|--------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| Plasma con citrato | APTT                       | Coagulométrico      | Automatizado                 | HemosIL APTT-SP (liquid) ACL Top 350 CTS  | 16,0-500,0 s | REACREDITACION | 11/05/2018    | 05/02/2021 |
| Plasma con citrato | TP (Tiempo de Protrombina) | Coagulométrico      | Automatizado                 | HemosIL recombiplastin 2G ACL Top 350 CTS | 8-320 s      | REACREDITACION | 11/05/2018    | 05/02/2021 |
| Plasma con citrato | Fibrinógeno derivado       | Calculado           | Automatizado                 | HemosIL recombiplastin 2G ACL Top 350 CTS | 60-700 mg/dL | REACREDITACION | 11/05/2018    | 05/02/2021 |

#### ÁREA/ESPECIALIDAD: INMUNOLOGÍA

| MUESTRA / MATRIZ | ANÁLISIS / EXÁMEN             | MÉTODO                            |                                         |                                    | RANGO DE APLICACIÓN          | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|                  |                               | Técnica de Medición               | Tipo (Manual o Automatizado)            | Identificación del Método          |                              |                |                        |                  |
| Suero            | TSH                           | Quimioluminiscencia               | Automatizado                            | Architect ci8200 /SN 100/REF: 7K62 | 0,01– 100 uIU/mL             | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | T4 libre                      | Quimioluminiscencia               | Automatizado                            | Architect ci8200/SN 100/ REF: 7K65 | 0,40 – 6,0 ng/dL             | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | PSA total                     | Quimioluminiscencia               | Automatizado                            | Architect ci8200 /SN 100/REF: 7K70 | 0,05 – 100 ng/mL             | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | Anticuerpos Anti treponémicos | Quimioluminiscencia               | Automatizado                            | Architect i2000 /ISR 05918/8D06    | Reactivo/No Reactivo Cut off | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | RPR                           | Aglutinación partículas de Carbón | Manual                                  | Immutrep RPR (Omega diagnostics)   | Título                       | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | BHCG                          | Quimioluminiscencia               | Automatizada/ Architect ci8200 SN 31286 | 7K78                               | 1.2 a 225000 mIU/mL          | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | Ferritina                     | Quimioluminiscencia               | Automatizada/ Architect ci8200 SN 100   | 7K59                               | 1 a 40000 ng/ml              | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |

#### ÁREA/ESPECIALIDAD: SEROLOGÍA

| MUESTRA / MATRIZ | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                   |                              |                                      | RANGO DE APLICACIÓN  | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|
|                  |                   | Técnica de Medición      | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método            |                      |                |                        |                  |
| Suero            | HCV               | Quimioluminiscencia CMIA | Automatizado                 | Architect i2000/ISR 05918/ REF: 6C37 | Reactivo/No reactivo | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | HIV               | Quimioluminiscencia CMIA | Automatizado                 | Architect i2000/ISR 05918/ REF: 4J27 | Reactivo/No reactivo | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Suero            | HBsAg             | Quimioluminiscencia CMIA | Automatizado                 | Architect i2000/ISR 05918/ REF: 2G22 | Reactivo/No reactivo | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |

#### ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS

| MUESTRA / MATRIZ | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                                                                    | RANGO DE APLICACIÓN          | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGA-MIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|                  |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                          |                              |                |                        |                  |
| Orina            | Leucocitos        | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No Contiene a 500 células/uL | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |
| Orina            | Nitritos          | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer                 | No contiene- Positivo        | REACREDITACION | 11/05/2018             | 05/02/2021       |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                     |                     |                              |                                                                    |                           |                |                       |                  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN   | MÉTODO              |                              |                                                                    | RANGO DE APLICACIÓN       | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                               |                     | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                          |                           |                |                       |                  |
|                               |                     |                     |                              | 10697763 Rev. D                                                    |                           |                |                       |                  |
| Orina                         | Urobilinógeno       | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 0,2 a ≥8,0 E.U./dL        | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Proteína            | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No Contiene a ≥1000mg/dL  | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | pH                  | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 5 a ≥9                    | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Hemoglobina         | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No contiene a 200eri/uL   | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Densidad            | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | ≤1005 a ≥1030             | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Cetonas             | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No Contiene a ≥160 mg/dL  | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Bilirrubina         | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No Contiene a Alto        | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Glucosa             | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | No contiene a ≥1000 mg/dL | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Creatinina          | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 10 mg/dL a ≥300 mg/dL     | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Albumina            | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | 10 a 150 mg/L             | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Albumina/Creatinina | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus® Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D | Normal a ≥300 mg/g        | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Proteína/Creatinina | Reflectancia        | Automatizado                 | CLINITEK Novus®                                                    | Normal a ≥1500 mg/g       | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |



| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                            |                     |                              |                                                               |                                       |                                     |                       |                  |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN          | MÉTODO              |                              |                                                               | RANGO DE APLICACIÓN                   | MODIFICACIÓN                        | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                               |                            | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                     |                                       |                                     |                       |                  |
|                               |                            |                     |                              | Automated Urine Chemistry Analyzer 10697763 Rev. D            |                                       |                                     |                       |                  |
| Orina                         | Cilindros HIAL/CIL no CLAS | Microscopia         | Automatizado                 | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 1 unidades/μL            | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Algunos: 2 – 3 unidades/μL            | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 4 – 8 unidades/μL   | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Abundantes: > 9 unidades/μL           | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Orina                         | Cilindros HIAL/CIL no CLAS | Microscopia         | Manual /Automatizado         | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 1 unidades/μL            | Se modifica a manual / automatizado | 22/05/2019            | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Algunos: 2 – 3 unidades/μL            |                                     | 22/05/2019            | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 4 – 8 unidades/μL   |                                     | 22/05/2019            | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Abundantes: > 9 unidades/μL           |                                     | 22/05/2019            | 05/02/2021       |
| Orina                         | Leucocitos LEU             | Microscopia         | Manual / Automatizado        | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 9 unidades/μL            | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Algunos: 10 – 30 unidades/μL          | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 31 – 76 unidades/μL | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Abundantes: 77 – 151 unidades/μL      | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 151 unidades/μL     | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Orina                         | Leucocitos LEU             | Microscopia         | Manual / Automatizado        | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 9 unidades/μL            | Se modifica a manual / automatizado | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Algunos: 10 – 30 unidades/μL          |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 31 – 76 unidades/μL |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Abundantes: 77 – 151 unidades/μL      |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 151 unidades/μL     |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Orina                         | Hematíes HEM               | Microscopia         | Automatizado                 | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 11 unidades/μL           | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Algunos: 12 – 35 unidades/μL          | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 36 – 88 unidades/μL | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Abundantes: 89 – 175 unidades/μL      | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 175 unidades/μL     | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Orina                         | Hematíes HEM               | Microscopia         | Manual / Automatizado        | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 11 unidades/μL           | Se modifica a manual / automatizado | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Algunos: 12 – 35 unidades/μL          |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 36 – 88 unidades/μL |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Abundantes: 89 – 175 unidades/μL      |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                            |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 175 unidades/μL     |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                                       |                     |                              |                                                               |                                        |                                     |                       |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN                     | MÉTODO              |                              |                                                               | RANGO DE APLICACIÓN                    | MODIFICACIÓN                        | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                               |                                       | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método                                     |                                        |                                     |                       |                  |
| Orina                         | Células epiteliales escamosas EPES    | Microscopia         | Automatizado                 | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 12 unidades/μL            | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Algunos: 13 – 27 unidades/μL           | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 28 – 53 unidades/μL  | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Abundantes: 54 – 80 unidades/μL        | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 80 unidades/μL       | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Orina                         | Células epiteliales escamosas EPES    | Microscopia         | Manual / Automatizado        | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 12 unidades/μL            | Se modifica a manual / automatizado | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Algunos: 13 – 27 unidades/μL           |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 28 – 53 unidades/μL  |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Abundantes: 54 – 80 unidades/μL        |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 80 unidades/μL       |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Orina                         | Células epiteliales no escamosas EPNE | Microscopia         | Automatizado                 | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 2 unidades/μL             | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Algunos: 3 – 9 unidades/μL             | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 10 – 18 unidades/μL  | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Abundantes: 19 – 32 unidades/μL        | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 32 unidades/μL       | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Orina                         | Células epiteliales no escamosas EPNE | Microscopia         | Manual / Automatizado        | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 2 unidades/μL             | Se modifica a manual / automatizado | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Algunos: 3 – 9 unidades/μL             |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 10 – 18 unidades/μL  |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Abundantes: 19 – 32 unidades/μL        |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 32 unidades/μL       |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
| Orina                         | Cristales CRIS                        | Microscopia         | Automatizado                 | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 17 unidades/μL            | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Algunos: 18 – 69 unidades/μL           | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 70 – 172 unidades/μL | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Abundantes: 173 – 345 unidades/μL      | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes: > 345 unidades/μL      | REACREDITACION                      | 11/05/2018            | 22/05/19         |
| Orina                         | Cristales CRIS                        | Microscopia         | Manual / Automatizado        | iQ200 Iris SN 3846/ Manual del operador 300-4950 RevE 12/2004 | Escasos: 0 – 17 unidades/μL            | Se modifica a manual / automatizado | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Algunos: 18 – 69 unidades/μL           |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Regular cantidad: 70 – 172 unidades/μL |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Abundantes: 173 – 345 unidades/μL      |                                     | 22/05/19              | 05/02/2021       |
|                               |                                       |                     |                              |                                                               | Muy Abundantes:                        |                                     | 22/05/19              | 05/02/20         |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: URINALISIS |                   |                     |                              |                           |                     |              |                       |                  |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ              | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO              |                              |                           | RANGO DE APLICACIÓN | MODIFICACIÓN | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                               |                   | Técnica de Medición | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método |                     |              |                       |                  |
|                               |                   |                     |                              |                           | > 345 unidades/μL   |              |                       | 21               |

| ÁREA/ESPECIALIDAD: PARASITOLOGÍA |                   |                               |                              |                                        |                      |                |                       |                  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| MUESTRA / MATRIZ                 | ANÁLISIS / EXÁMEN | MÉTODO                        |                              |                                        | RANGO DE APLICACIÓN  | MODIFICACIÓN   | FECHA DE OTORGAMIENTO | FECHA DE VALIDEZ |
|                                  |                   | Técnica de Medición           | Tipo (Manual o Automatizado) | Identificación del Método              |                      |                |                       |                  |
| Suero                            | TPHA              | Hemoaglutinación en placa     | Manual                       | TPHA Test (Biorad)                     | Reactivo/No Reactivo | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |
| Suero                            | FTA-Abs           | Inmunofluorescencia Indirecta | Manual                       | Inmunofluor FTA-Abs (Biocientífica SA) | Reactivo/No Reactivo | REACREDITACION | 11/05/2018            | 05/02/2021       |